

ELJÁRÁST LEZÁRÓ DÖNTÉS

„OT eszközök és bútorok beszerzése”

EKR001154272024

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről

Alulírott, mint a **Zuglói Egészségügyi Szolgálat** döntéshozója a tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában a következő eljárást lezáró döntést hozom:

I.

Az **5. részben a Humantech Solution Egészségtechnológiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (1118 Budapest Bocskai Út 77-79. B. ép.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítom.

A **6. részben a Ultragel Medical Korlátolt Felelősségű Társaság** (1022 Budapest Aranka Út 12.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítom.

II.

Az eljárás 1. részét a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítom.

Az eljárás 2-4. részét a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítom az ajánlati felhívás 2.1.4.12. pontjában foglaltakra tekintettel.

III.

Az 5. részben a **MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (2400 Dunaújváros Petőfi Sándor Utca 63.) ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítom.

A 6. részben az **AVA-MED HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság** (9025 Győr Ikrényi Út 11.) ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítom.

IV.

Az eljárást az 5-6. részekben eredményessé nyilvánítom, és nyertes ajánlattevőként megjelölöm:

5. rész:

Ajánlattevő neve: MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2400 Dunaújváros Petőfi Sándor Utca 63.

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 97 200 000
2. A megajánlott gyermek kardiológiai ultrahang nagy gyermek phased-array vizsgálófej maximális látószöge (egész fokokban, min. 100 fok, max. 120 fok): 120
3. A megajánlott gyermek kardiológiai ultrahang gyermek phased-array vizsgálófej maximális látószöge (egész fokokban min. 100 fok, max. 120 fok): 120
4. A megajánlott radiológiai ultrahang TGC potenciométerek száma (min. 8, max. 10 db): 10
5. A megajánlott radiológiai ultrahang LGC (Lateral Gain Control) potenciométerekkel rendelkezik (igen/nem): Igen

6. A megajánlott sebészeti ultrahang rendelkezik trapezoid képalkotás color Doppler móddal és valós idejű térbeli compound képalkotással (igen/nem): Igen
7. A megajánlott szülészeti-nőgyógyászati ultrahang 2D Konvex vizsgálófej látószöge (min. 90 fok, max. 100 fok): 114
8. A megajánlott szülészeti-nőgyógyászati ultrahang 4D Konvex vizsgálófej látószöge (min. 70 fok, max. 80 fok): 90
9. A megajánlott szülészeti-nőgyógyászati ultrahang 4D mikrokonvex hüvelyi vizsgálófej látómező szélessége (min. 160 fok, max. 180 fok) : 189
10. Szül-nőgyógy UH: a páciens adatbázisban, a merevlemezen tárolt kép a képernyőre visszatöltésével 1 gombnyomásra az adott kép készítése során használt képparaméterek is automatikusan visszaállítódnak és 1 köv kép készítésekor azonnal használhatók (i/n): Igen
11. A megajánlott urológiai ultrahang TGC potenciométerek száma (min. 8, max. 10 db): 8
12. értékelési részszempont: A megajánlott urológiai ultrahang LGC (Lateral Gain Control) potenciométerekkel rendelkezik (igen/nem): Igen

6. rész:

Ajánlattevő neve: AVA-MED HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9025 Győr Ikrényi Út 11.

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 7 795 500
2. A megajánlott vizsgálóasztal tanúsított orvosi műbőrrel van kárpitozva (igen/nem): Igen
3. A megajánlott vizsgálóágy oldalrácsos, hidraulikusan állítható tanúsított orvosi műbőrrel van kárpitozva (igen/nem): Igen
4. A megajánlott vizsgálóágy oldalrácsos, hidraulikusan állítható Oldalráccsal ellátott (igen/nem): Igen

V.

Az alábbi ajánlattevők ajánlatát a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdés alkalmazása miatt figyelmen kívül hagyom:

6. rész:

Ajánlattevő neve: BerTimed Egészségügyi Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2146 Mogyoród Ág Utca 50.

Ajánlattevő neve: LIÁN '2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9022 Győr Bisinger Sétány 30

Ajánlattevő neve: Medical&Press Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1085 Budapest József krt. 36. fszt. 5.

A 2. és 3. részben az **Ultragel Medical Korlátolt Felelősségű Társaság**

a 4. részben az **Argus Optik Kft.** (1183 Budapest Üllői Út 502.) ajánlattevők ajánlatának, bírálata az eredménytelenség jogalapjára tekintettel nem történt meg teljes körűen.

Kelt: Budapest, 2024. 11. 20.

