

Bírálóbizottsági jegyzőkönyv

„OT eszközök beszerzése II.”

EKR002332482024

tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról

2025. május 9. napján 10:00 órai kezdettel

Bírálóbizottság tagjai:

Dr. Kőszegi György - közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
Borbély Izabella - közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
Dr. Haidekker Bence - közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
Némethné Papp Katalin - pénzügyi szakértelem
Dr. Rudolf Róbert Márton - közbeszerzési és jogi szakértelem, FAKSZ

A bírálóbizottság elnöke megállapította, hogy a bírálatban valamennyi tag részt vesz, a bizottság határozatképes.

A jegyzőkönyvet az elnök és valamennyi tag írja alá.

I.

A bírálóbizottság megállapította, hogy a 2025. április 7. napján 12:00 órában meghatározott ajánlattételi határidőig a következő ajánlatok érkeztek be.

1. rész:

Ajánlattevő neve: Smithmann Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1183 Budapest Teleki Utca 17.

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft):92 750 340
2. Az EEG készülékhez megajánlott műszerkocsi rögzíthető kerekkel rendelkezik (igen/nem):Igen
3. Az EEG készülékhez megajánlott műszerkocsi kihúzható klaviatúra tartóval és a nyomtató elhelyezésére szolgáló polccal rendelkezik (igen/nem):Igen
4. A megajánlott elektroterápiás készülék vákuum nélkül képes 2 különböző áramforma egyidejű alkalmazására (igen/nem):Igen
5. A megajánlott vérkenethúzó készülék tárgylemez kapacitása legalább 2 kenet egymás mellett (igen/nem):Igen
6. A megajánlott vérkenethúzó készülék tartozéka legalább 2 db kenőpenge (igen/nem):Igen

Ajánlattevő neve: TSO MEDICAL Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:1118 Budapest Villányi Út 97.

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft):87 067 859
2. Az EEG készülékhez megajánlott műszerkocsi rögzíthető kerekkel rendelkezik (igen/nem):Igen
3. Az EEG készülékhez megajánlott műszerkocsi kihúzható klaviatúra tartóval és a nyomtató elhelyezésére szolgáló polccal rendelkezik (igen/nem):Igen
4. A megajánlott elektroterápiás készülék vákuum nélkül képes 2 különböző áramforma egyidejű alkalmazására (igen/nem):Igen
5. A megajánlott vérkenethúzó készülék tárgylemez kapacitása legalább 2 kenet egymás mellett (igen/nem):Igen
6. A megajánlott vérkenethúzó készülék tartozéka legalább 2 db kenőpenge (igen/nem):Igen

2. rész:

Ajánlattevő neve: Smithmann Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1183 Budapest Teleki Utca 17.

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft):6 727 673

2. Fejlámpa színhőmérséklete (min. 4500 K, max. 5500 K):5 500
3. Fejlámpa szabályozható fényereje (igen/nem):Igen
4. Fejlámpa üzemideje (min. 90 perc, max. 200 perc):240
5. Naso-Pharyngofiberoskop színhőmérséklete (min. 4500 K, max. 5500 K):5 000
6. Naso-Pharyngofiberoskop distális vég átmérője (min. 2,8 mm, max. 3,8 mm):3
7. Naso-Pharyngofiberoskop üzemideje (min. 90 perc, max. 200 perc):90

3. rész:

Ajánlattevő neve: Smithmann Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1183 Budapest Teleki Utca 17.

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft):12 299 166
2. A kötelező 24 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartama (hónap, minimum 0 hónap, maximum 12 hónap):12

4. rész:

Ajánlattevő neve: Smithmann Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1183 Budapest Teleki Utca 17.

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft):5 549 922
2. Gyermekek videorefraktométer fekvő páciensek mérésére is alkalmas (igen/nem):Igen
3. Gyermekek videorefraktométer cataracta mérési móddal rendelkezik (igen/nem):Igen
4. Gyermekek videorefraktométer kontaktlencse mérési móddal rendelkezik (igen/nem):Igen
5. Gyermekek videorefraktométer sagittális rádiusz mérésre képes (igen/nem):Igen
6. Gyermekek videorefraktométer beépített memóriájának mérete (min. 20 beteg (40 szem), max. 40 beteg (80 szem) mérési adata tárolható):50
7. Gyermekek videorefraktométer nyomtató, automatikus papírvágó funkcióval rendelkezik (igen/nem):Igen
8. Gyermekek videorefraktométer 2 akkumulátor egyidejű töltésére képes (igen/nem):Igen
9. Gyermekek videorefraktométer rendelkezik hordtáskával, amely tartalmazza az állattartóval egybeépített homloktámaszt és az asztali használathoz szükséges adaptert(igen/nem):Igen

II.

A bírálóbizottság ezt követően az alábbiakat állapította meg:

A bírálóbizottság rögzíti, hogy ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 2.1.4.12. pontjában – az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel – előírta, hogy alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, miszerint ajánlatkérő eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha nem nyújtottak be legalább két ajánlatot. Erre tekintettel a Kbt. 70. § (1) bekezdése kimondja, hogy „*az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálatára és értékelésére nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha ... az ajánlatok bírálatának hiányában is megállapítható, hogy egyéb okból az eljárás eredménytelenné nyilvánításának van helye.*”

Fenti rendelkezésekre figyelemmel ajánlatkérő a 2-4. részben nem végzi el a beérkezett ajánlat bírálatát, ezen részek tekintetében a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján történő eredménytelenné nyilvánítást javasolja, figyelemmel azonban arra, hogy a beszerzési igény továbbra is fennáll, a bírálóbizottság javasolja a kiírási feltételek felülvizsgálata után új közbeszerzési eljárás megindítását ezen részekben beszerzendő eszközökre.

III.

A bírálóbizottság az 1. rész tekintetében az alábbi megállapításokat teszi:

Az ajánlati felhívás 2.1.4.15. pontjában előírásra került, hogy „*tárgyi közbeszerzési eljárást Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárásnak indítja, figyelemmel arra, hogy ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként kötendő szerződés tárgyát képező eszközbeszerzést az 1571/2023. (XII.18.) Korm. határozattal módosított a fővárosi*

alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos 2021. évi feladatokról szóló 1439/2021. (VII. 6.) Korm. határozat alapján biztosítandó forrásból kívánja megvalósítani, amely vonatkozásában támogatói okirat módosítást nyújtott be, azonban jelen közbeszerzési eljárás megindításáig még nem került aláírásra a módosított támogatói okirat.”


A Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján „az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált vagy a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye [53. § (4)-(6) bekezdés]”.


Fenti jogszabályi rendelkezéssel összhangban az ajánlattételi határidő leteletét követően az ajánlatkérő nem köteles az ajánlatokat elbírálni, ha bizonyítani tudja, hogy az ajánlattételi határidő leteletét követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye. Ezekben az esetekben az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania. Ilyen esetnek minősül különösen az ajánlati felhívás 2.1.4.15. pontjában rögzített előírásnak megfelelően az az eset, amikor ajánlatkérő minden kétséget kizáróan tudomást szerez arról, hogy a megkötendő szerződés fedezetét biztosító támogatói okirat módosítás nem áll rendelkezésre.


Fentiekre való tekintettel a bírálóbizottság a közbeszerzési eljárás 1. részének a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján történő eredménytelenné nyilvánítását javasolja, figyelemmel arra, hogy a 2025. április 15. napján aláírt támogatói okirat módosítás nem nyújt fedezetet az 1. részben beszerzendő eszközökre, konkrétan a legelőnyösebb ajánlati ár alapján a szerződés megkötéséhez nettó 87.067.859.- Ft + 27 % ÁFA bruttó 110.576.181.- Ft fedezet lenne szükséges míg a támogatói okirat módosításának mellékletét képező költségvetés az érintett eszközökre vonatkozóan bruttó 55.550.449.- Ft fedezetet biztosít.


Egyéb észrevétel hiányában a jegyzőkönyv lezárva 11:00 órakor.


k. m. f.


.....
Dr. Kőszegi György
bírálóbizottság elnöke


.....
Dr. Haidekker Bence
bírálóbizottság tagja


.....
Borbély Izabella
bírálóbizottság tagja


.....
Némethné Pápp Katalin
bírálóbizottság tagja


.....
Dr. Rudolf Róbert Márton
bírálóbizottság tagja
FAKSZ
dr. Rudolf Róbert Márton
Felelős Akkreditált
Közbeszerzési Szaktanácsadó
Lajstromszám: 01049