

Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Laborreagensek beszerzése különféle vizsgálatokhoz
EKR002040222024

BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Zuglói Egészségügyi Szolgálat (1148 Budapest, Örs vezér tere 23.) ajánlatkérő „Laborreagensek beszerzése különféle vizsgálatokhoz” tárgyú, Kbt. II. Rész XV. Fejezet szerinti uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárásában (EKR002040222024) beérkezett ajánlatok bírálatáról és értékeléséről

Jelen vannak a bírálóbizottság tagjai:

Kozma Zoltán – közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező bírálóbizottsági tag

Dr. Kőszegi György – közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező bírálóbizottsági tag

Némethné Papp Katalin – pénzügyi szakértelemmel rendelkező bírálóbizottsági tag

Dr. Kardkovács Kolos felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó – közbeszerzési és jogi szakértelemmel rendelkező bírálóbizottsági tag

Az értékelés helye és időpontja: Zuglói Egészségügyi Szolgálat (1148 Budapest, Örs vezér tere 23.) – 2025. május 9. napján 10:00 óra.

I. Előzmények

Ajánlatkérő az eljárás lefolytatását megelőzően nyilvános előzetes piaci konzultációt folytatott le (EKR002040532024), amelynek dokumentumait, a konzultációs javaslatokat és a konzultáció összefoglalóját az EKR-ben közzétett nyilvános dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő az Európai Unió Hivatalos Lapjában 70298-2025 számon, a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-1133/2025 számon 2025. január 31. napján közzétett ajánlati felhívással a Kbt. Második Része (uniós eljárásrend) szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított meg „Laborreagensek beszerzése különféle vizsgálatokhoz” tárgyban (EKR002040222024).

Az eljárásban az 1. részajánlati körben 7 (hét), a 2. részajánlati körben 3 (három), a 3. részajánlati körben 5 (öt), a 4. részajánlati körben 3 (három), az 5. részajánlati körben 7 (hét) és a 6. részajánlati körben 3 (három) gazdasági szereplő jelezte előzetes érdeklődését az eljárás iránt:

1. RÉSZ: Laborreagensek klinikai kémiai vizsgálatokhoz

- 1./ GREINER Bio-One Hungary Műanyagtechnika Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Fertő sor 7.)
- 2./ Beckman Coulter Magyarország Kft. (1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59.)
- 3./ Izinta Kereskedelmi Kft. (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.)
- 4./ BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2100 Gödöllő, Ipari Park, Moór János utca 3-5.)
- 5./ Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zrt. (1047 Budapest, Attila utca 126.)
- 6./ TS Labor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1047 Budapest, Labdarúgó utca 4.)
- 7./ BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 33.)

2. RÉSZ: Laborreagensek hematológiai és hemosztázis vizsgálata

- 1./ Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Kft. (1048 Budapest, Tenkefürdő utca 5.)
- 2./ Izinta Kereskedelmi Kft. (1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33.)
- 3./ Diagon Diagnosztikai Kft. (1047 Budapest, Baross utca 48-52.)

Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Laborreagensek beszerzése különféle vizsgálatokhoz
EKR002040222024

3. RÉSZ: Laborreagensek hemoglobin A1c vizsgálatokhoz

- 1./ Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Kft. (1082 Budapest, Futó utca 47-53.)
- 2./ Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Kft. (1048 Budapest, Tenkefürdő utca 5.)
- 3./ KVMED Kft. (2360 Gyál, Dobó Katica utca 43.)
- 4./ REAGENS Fejlesztő, Gyártó és Kereskedelmi Kft. (1155 Budapest, Wysocki utca 1.)
- 5./ UniCorp Biotech Kft. (1124 Budapest, Csörsz utca 45.)

4. RÉSZ: Laborreagensek vizeletanalitikai vizsgálatokhoz

- 1./ Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zrt. (1047 Budapest, Attila utca 126.)
- 2./ Diagon Diagnosztikai Kft. (1047 Budapest, Baross utca 48-52.)
- 3./ 77 Elektronika Műszeripari Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 98.)

5. RÉSZ: Laborreagensek manuális vizsgálatokhoz

- 1./ Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zrt. (1047 Budapest, Attila utca 126.)
- 2./ CheBio Fejlesztő Kft. (1135 Budapest, Fáy köz 15.)
- 3./ MEDI-LAB Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Fiastyúk utca 1/A)
- 4./ PannonLog Invest Zrt. (1192 Budapest, Kós Károly tér 8.)
- 5./ Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Kft. (1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.)
- 6./ VITANI Egészségügyi Tanácsadói, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1147 Budapest, Telepes utca 17.)
- 7./ FORMIT Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1023 Budapest, Apostol utca 11. C. ép. 2.)

6. RÉSZ: Laborreagensek immunkémiai vizsgálatokhoz

- 1./ Beckman Coulter Magyarország Kft. (1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59.)
- 2./ PannonLog Invest Zrt. (1192 Budapest, Kós Károly tér 8.)
- 3./ Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft. (1112 Budapest, Balatoni út 2/a.)

Ajánlatkérő az eljárást megindító dokumentumokat nem módosította.

Ajánlatkérő 2025. február 11. napján 12:00 órai kezdettel a 1148 Budapest, Örs vezér tere 23. alatti telephely vonatkozásában **helyszíni bejárást tartott**. A helyszíni bejárásról külön jegyzőkönyv készült. Ajánlatkérő a helyszíni bejárás jegyzőkönyvét megküldte a gazdasági szereplőknek. A helyszíni bejárás dokumentumait a hivatkozott eljárási cselekmény EKR dokumentumai tartalmazzák.

A közbeszerzési eljárásban **beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés ígérekre Ajánlatkérő 2025. február 19. napján** „Kiegészítő tájékoztatás nyújtása – KTNV” eljárási cselekmény keretében **válaszolt** (Kiegészítő tájékoztatás nyújtása_1_20250219.pdf). A kiegészítő tájékoztatás kérését és az arra adott ajánlatkérői válaszokat a hivatkozott eljárási cselekmények EKR dokumentumai tartalmazzák.

A közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2025. március 3. napján 10:00 óráig 1. részajánlati körben 1 (egy), a 2. részajánlati körben 1 (egy), a 3. részajánlati körben 2 (kettő), a 4. részajánlati körben 1 (egy), az 5. részajánlati körben 4 (négy) és a 6. részajánlati körben 2 (kettő) ajánlat érkezett.

A beérkezett ajánlatok bontását az EKR rendszer 2025. március 3. napján 12:00 órakor elvégezte.

Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Laborreagensek beszerzése különféle vizsgálatokhoz EKR002040222024

Az EKR rendszer az ajánlatok bontásáról szóló jegyzőkönyvben ismertette, hogy az eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összege:

1. RÉSZ: 154 772 406 Ft
2. RÉSZ: 42 255 300 Ft
3. RÉSZ: 25 018 200 Ft
4. RÉSZ: 45 476 160 Ft
5. RÉSZ: 6 177 000 Ft
6. RÉSZ: 77 516 240 Ft

Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be, a következő megajánlásokkal:

1. RÉSZ: Laborreagensek klinikai kémiai vizsgálatokhoz

Beckman Coulter Magyarország Kft. (1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59.)

Részszerpont	Ajánlat
A felhívásban előírt 12 hónap kötelező ártartáson felül vállalt ártartás időtartama (hónap, min. 0, max. 24)	24 hónap
A klinikai kémiai készülék küvetájának anyaga – optikai üveg (igen/nem)	igen
A klinikai kémiai automata reakciótér (küvetatér) hőmérsékletének biztosítása száraz inkubálókamrás rendszerben történik (igen/nem)	igen
A klinikai kémiai reakciók zavaró tényezőkre való érzékenysége (a legkevésbé érzékeny a legjobb)	19001,73
A klinikai kémiai reagensek on-board stabilitási ideje	192,13
A készülék a mérések elvégzéséhez nem használ eldobható pipettahegyeket (igen/nem)	igen
Nettó ajánlati ár (HUF)	30 881 570 Ft

2. RÉSZ: Laborreagensek hematológiai és hemosztázis vizsgálata

Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Kft. (1048 Budapest, Tenkefürdő utca 5.)

Részszerpont	Ajánlat
A felhívásban előírt 12 hónap kötelező ártartáson felül vállalt ártartás időtartama (hónap, min. 0, max. 24)	24 hónap
Alacsony fehérvérsejt üzemmód biztosítása (igen/nem)	igen
Éretlen granulocita diagnosztikai paraméter lehetőségének biztosítása (igen/nem)	igen
Partdiff méréshez szükséges felszívási mintamennyiség (µl) (a legalacsonyabb a legjobb)	88
Nettó ajánlati ár (HUF)	13 437 600 Ft

Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Laborreagensek beszerzése különféle vizsgálatokhoz
EKR002040222024

3. RÉSZ: Laborreagensek hemoglobin A1c vizsgálatokhoz

1./ Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Kft. (1082 Budapest, Futó utca 47-53.)

Részszerpont	Ajánlat
A felhívásban előírt 12 hónap kötelező ártartáson felül vállalt ártartás időtartama (hónap, min. 0, max. 24)	24 hónap
Detektálási lehetőség HbA2, HbS, HbC, HbD, HbE variánsokra (igen/nem)	igen
A mintán kívüli kontroll mérések is vonalkódos azonosítással mérhetők (igen/nem)	igen
Nettó ajánlati ár (HUF)	10 932 200 Ft

2./ KVMED Kft. (2360 Gyál, Dobó Katika utca 43.)

Részszerpont	Ajánlat
A felhívásban előírt 12 hónap kötelező ártartáson felül vállalt ártartás időtartama (hónap, min. 0, max. 24)	24 hónap
Detektálási lehetőség HbA2, HbS, HbC, HbD, HbE variánsokra (igen/nem)	igen
A mintán kívüli kontroll mérések is vonalkódos azonosítással mérhetők (igen/nem)	igen
Nettó ajánlati ár (HUF)	11 770 728 Ft

4. RÉSZ: Laborreagensek vizeletanalitikai vizsgálatokhoz

Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zrt. (1047 Budapest, Attila utca 126.)

Részszerpont	Ajánlat
A felhívásban előírt 12 hónap kötelező ártartáson felül vállalt ártartás időtartama (hónap, min. 0, max. 24)	24 hónap
A vizeletcsík leolvasó biztosítja a párasodás észlelését (igen/nem)	igen
Nettó ajánlati ár (HUF)	14 522 580 Ft

5. RÉSZ: Laborreagensek manuális vizsgálatokhoz

1./ MEDI-LAB Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Fiastyúk utca 1/A)

Részszerpont	Ajánlat
A felhívásban előírt 12 hónap kötelező ártartáson felül vállalt ártartás időtartama (hónap, min. 0, max. 24)	0 hónap
Nettó ajánlati ár (HUF)	3 009 802 Ft

2./ PannonLog Invest Zrt. (1192 Budapest, Kós Károly tér 8.)

Részszerpont	Ajánlat
A felhívásban előírt 12 hónap kötelező ártartáson felül vállalt ártartás időtartama (hónap, min. 0, max. 24)	24 hónap
Nettó ajánlati ár (HUF)	2 358 900 Ft

Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Laborreagensek beszerzése különféle vizsgálatokhoz EKR002040222024

3./ Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Kft. (1126 Budapest, Derkovits utca 3.-5.)

Részszerpont	Ajánlat
A felhívásban előírt 12 hónap kötelező ártartáson felül vállalt ártartás időtartama (hónap, min. 0, max. 24)	12 hónap
Nettó ajánlati ár (HUF)	3 363 000 Ft

4./ VITANI Egészségügyi Tanácsadói, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1147 Budapest, Telepes utca 17.)

Részszerpont	Ajánlat
A felhívásban előírt 12 hónap kötelező ártartáson felül vállalt ártartás időtartama (hónap, min. 0, max. 24)	12 hónap
Nettó ajánlati ár (HUF)	1 754 926 Ft

6. RÉSZ: Laborreagensek immunkémiai vizsgálatokhoz

1./ Beckman Coulter Magyarország Kft. (1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59.)

Részszerpont	Ajánlat
A felhívásban előírt 12 hónap kötelező ártartáson felül vállalt ártartás időtartama (hónap; 0-24 hónap)	24 hónap
Az immunkémiai reakciók zavaró tényezőkre való érzékenysége (a legkevésbé érzékeny a legjobb)	1950,06
Az immunkémiai reagensek on-board stabilitási ideje (a legmagasabb a legjobb)	175
Az immunkémiai tesztek mérési ideje (perc) (a legkevesebb a legjobb)	85
Az immunkémiai automata min. 3 órán keresztül lehetővé teszi további vizsgálatok elvégzését a minta ismételt behelyezése nélkül (belső aliquot készítése) (igen/nem)	igen
A kiürült reagenstartók manuális tevékenység nélküli (automatikus) kiürítése az immunkémiai automatából (igen/nem)	igen
A készülék a mérések elvégzéséhez nem használ eldobható pipettahegyeket (igen/nem)	igen
Nettó ajánlati ár (HUF)	23 513 540 Ft

2./ PannonLog Invest Zrt. (1192 Budapest, Kós Károly tér 8.)

Részszerpont	Ajánlat
A felhívásban előírt 12 hónap kötelező ártartáson felül vállalt ártartás időtartama (hónap; 0-24 hónap)	24 hónap
Az immunkémiai reakciók zavaró tényezőkre való érzékenysége (a legkevésbé érzékeny a legjobb)	1591,56
Az immunkémiai reagensek on-board stabilitási ideje (a legmagasabb a legjobb)	60
Az immunkémiai tesztek mérési ideje (perc) (a legkevesebb a legjobb)	15
Az immunkémiai automata min. 3 órán keresztül lehetővé teszi további vizsgálatok elvégzését a minta ismételt behelyezése nélkül (belső aliquot készítése) (igen/nem)	igen
A kiürült reagenstartók manuális tevékenység nélküli (automatikus) kiürítése az immunkémiai automatából (igen/nem)	igen
A készülék a mérések elvégzéséhez nem használ eldobható pipettahegyeket (igen/nem)	nem
Nettó ajánlati ár (HUF)	32 082 625 Ft

II. Az ajánlatok bírálata – hiánypótlás, felvilágosítás kérés

Az ajánlatok áttekintését követően **Ajánlatkérő 2025. március 20. napján hiánypótlási felhívást** (*Hiánypótlási felhívás_20250320.pdf*) bocsátott ki az alábbi tartalommal:

1. RÉSZ: Laborreagensok klinikai kémiai vizsgálatokhoz

Beckman Coulter Magyarország Kft. (1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59.)

1. A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti EKR űrlap nyilatkozat, miszerint Ajánlattevő

- Kijelenti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján – az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismerte, megértette és azokat fenntartások és korlátozások nélkül jelen nyilatkozattal elfogadja.
- Kijelenti, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerül, a tárgyi közbeszerzési eljárás szerinti munkára vonatkozó szerződést megkötí és a szerződést az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, az ajánlatban megjelölt ellenszolgáltatásért teljesíti.

nem került kitöltésre, jelölésre. A nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, ezért a nyilatkozatot elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti EKR űrlap nyilatkozat megtételét (kitöltését, jelölését) és benyújtását!

2. A „Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében” és a „Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében” **EKR űrlapok nem kerültek kitöltésre.** A nyilatkozatminták az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre állnak, ezért a nyilatkozatokat elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében a Kbt. 62. § (1) k) pont kb) alpontja tekintetében és a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az EKR nyilatkozatok megtételét (kitöltését) és benyújtását!

3. A „Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján” **EKR űrlap nem került kitöltésre.** A nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, ezért a nyilatkozatot elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti EKR űrlap nyilatkozat megtételét (kitöltését) és benyújtását!

4. A „Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról” **EKR űrlap nem került kitöltésre.** A nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, ezért a nyilatkozatot elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásra vonatkozó EKR űrlap nyilatkozat megtételét (kitöltését) és benyújtását!

5. A „Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában” **EKR űrlap nem került kitöltésre.** A nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, ezért a nyilatkozatot elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében a kitöltött, jelölt, a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti EKR űrlap nyilatkozat megtételét (kitöltését) és benyújtását!

Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Laborreagensek beszerzése különféle vizsgálatokhoz
EKR002040222024

6. A „Nyilatkozat üzleti titokról” **EKR űrlap nem került kitöltésre.** A nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, ezért a nyilatkozatot elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében az üzleti titokra vonatkozó EKR űrlap nyilatkozat megtételét (kitöltését) és benyújtását!

7. Ajánlattevő az **EEKD III. rész „Kizáró okok” C: „Fizetéseképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok”** pont **„Csődeljárás”** alpontjában az **„Ez az információ elektronikusan elérhető?”** kérdésre az **„NEM”** választ adta meg. A **Közbeszerzési Hatóságnak** a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában kiadott 2022. május 12. napján kelt **útmutatója alapján** a fenti információ elektronikusan nem érhető el, így az **„IGEN”** válasz jelölendő.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében az EEKD nyilatkozat III. rész (Kizáró okok) C (Fizetéseképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok) pont, „Csődeljárás” alpontja esetén az útmutatóban és az elektronikus adatbázisban fellelhető adatokkal összhangban lévő „IGEN” válasz jelölését és az EEKD ismételt benyújtását!

8. Ajánlattevő az **EEKD III. rész „Kizáró okok” C: „Fizetéseképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok”** pont **„Csődegyezség hitelezőkkel”** alpontjában az **„Ez az információ elektronikusan elérhető?”** kérdésre az **„IGEN”** választ adta meg. A **Közbeszerzési Hatóságnak** a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában kiadott 2022. május 12. napján kelt **útmutatója alapján** a fenti információ elektronikusan nem érhető el, így a **„NEM”** válasz jelölendő.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében az EEKD nyilatkozat III. rész (Kizáró okok) C (Fizetéseképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok) pont, „Csődegyezség hitelezőkkel” alpontja esetén az útmutatóban és az elektronikus adatbázisban fellelhető adatokkal összhangban lévő „NEM” válasz jelölését és az EEKD ismételt benyújtását.

2. RÉSZ: Laborreagensek hematológiai és hemosztázis vizsgálata

Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Kft. (1048 Budapest, Tenkefürdő utca 5.)

1. Ajánlattevő az **EEKD III. rész „Kizáró okok” C: „Fizetéseképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok”** pont **„Csődegyezség hitelezőkkel”** alpontjában az **„Ez az információ elektronikusan elérhető?”** kérdésre az **„IGEN”** választ adta meg. A **Közbeszerzési Hatóságnak** a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában kiadott 2022. május 12. napján kelt **útmutatója alapján** a fenti információ elektronikusan nem érhető el, így a **„NEM”** válasz jelölendő.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében az EEKD nyilatkozat III. rész (Kizáró okok) C (Fizetéseképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok) pont, „Csődegyezség hitelezőkkel” alpontja esetén az útmutatóban és az elektronikus adatbázisban fellelhető adatokkal összhangban lévő „NEM” válasz jelölését és az EEKD ismételt benyújtását!

2. Ajánlatkérő az egyéb közbeszerzési dokumentumban előírta, hogy csatolni kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a műszaki ajánlatra vonatkozóan, mely dokumentum az egyéb közbeszerzési dokumentum mellékleteként rendelkezésre áll. Ajánlattevő az előírt nyilatkozatot benyújtotta (Műszaki ajánlat), azonban a nyilatkozat **hiányosan került benyújtásra, mert a nyilatkozat nincs aláírva.**

Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Laborreagensok beszerzése különféle vizsgálatokhoz
EKR002040222024

Kérjük ezért hiánypótlás keretében az előírt Műszaki ajánlat (cégszerű) aláírással történő ellátását és ismételt benyújtását!

3. RÉSZ: Laborreagensok hemoglobin A1c vizsgálatokhoz

1./ Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Kft. (1082 Budapest, Futó utca 47-53.)

Ajánlatkérő az egyéb közbeszerzési dokumentumok 10.12. pontjában előírta, hogy „az ajánlat részeként csatolni kell az egyéni vállalkozók kivételével az ajánlattevő nevében a nem elektronikus űrlap formájában benyújtott nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (3) bekezdése előírásainak megfelelően az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által készített és ellenjegyzett aláírás-minta másolati példányát. Amennyiben a nem elektronikus űrlap formájában benyújtott nyilatkozatot az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozónak a vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást”.

Az ajánlat tartalmazza ugyan az egyéb közbeszerzési dokumentum 10.12. pontjában előírt dokumentumot, ugyanakkor Ajánlatkérő megállapítása szerint a benyújtott okiraton az okiratot hitelesítő, ellenjegyző ügyvéd aláírása nem felel meg a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak, mivel a dokumentum nem a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolataként került benyújtásra, ugyanis **az aláírás képként került beillesztésre** a pdf formátumú elektronikus dokumentumra, ezáltal az aláírás, így az okirat hitelessége megkérdőjelezhető.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében az egyéb közbeszerzési dokumentumok 10.12. pontjában előírt dokumentum Kbt. 41/A. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseknek megfelelő valós, illetve hiteles másolatának a benyújtását!

2./ KVMED Kft. (2360 Gyál, Dobó Katika utca 43.)

1. Ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek. Az **EEKD nyilatkozatban meghatározott információk megadása – eltérő rendelkezés hiányában – kötelező.**

Ajánlattevő az EEKD II. rész „A gazdasági szereplőre vonatkozó információk” D: **Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe?**” kérdésre az „**IGEN**” válasz jelölte meg. Ugyanakkor a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti EKR űrlap nyilatkozatból egyértelműen megállapítható, hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez **NEM** kíván alvállalkozót igénybe venni.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében az EEKD II. rész „A gazdasági szereplőre vonatkozó információk” D: **„Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe?”** pontjában megtett nyilatkozat és a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti EKR űrlap felülvizsgálatát, az ellentmondás feloldását és a nyilatkozatok egymással összhangban történő ismételt benyújtását!

2. Ajánlattevő az EEKD III. rész KIZÁRÓ OKOK A: Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok, „Csalás” pont tekintetében az „Ez az információ elektronikusan elérhető?” kérdésre az „**IGEN**” választ adta meg. A Közbeszerzési Hatóság, a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában tárgyú útmutatója alapján a fenti információk nem elérhetők, így a „**NEM**” válasz jelölendő.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében az EEKD dokumentumban az EEKD III. rész KIZÁRÓ OKOK A: pontjában szereplő kizáró ok esetén a „**NEM**” válasz jelölését és az EEKD ismételt benyújtását!

Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Laborreagensek beszerzése különféle vizsgálatokhoz
EKR002040222024

4. RÉSZ: Laborreagensek vizeletanalitikai vizsgálatokhoz

Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zrt. (1047 Budapest, Attila utca 126.)

Hiánypótlás szükségessége nem merült fel.

5. RÉSZ: Laborreagensek manuális vizsgálatokhoz

1./ VITANI Egészségügyi Tanácsadói, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1147 Budapest, Telepes utca 17.)

1. Az ajánlattevőre vonatkozóan **nyilatkozni kell a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében** a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevééről és lakóhelyéről. A nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, ezért a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

A Pmt. 3. § 38. pont a)-b) alpontja szerint „**tényleges tulajdonos**

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékaival rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik, [...]”

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti EKR űrlap nyilatkozat azt tartalmazza, hogy a szervezetnél a Pmt. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti **tényleges tulajdonos nincs**. Ugyanakkor az Ajánlatkérő által ellenőrzött közhiteles cégkivonat adatai szerint az állapítható meg, hogy az Ajánlattevőnek több természetes személy tagja van.

Kérjük ezért a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti EKR űrlap nyilatkozat felülvizsgálatát, az ellentmondás feloldását (magyarázatát) és hiánypótlás keretében a nyilatkozat közhiteles cégbetét adatokkal összhangban történő ismételt benyújtását!

2. Ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek. Az **EEKD nyilatkozatban meghatározott információk megadása** – eltérő rendelkezés hiányában – **kötelező**. Ajánlattevő az EEKD II. rész „A gazdasági szereplőre vonatkozó információk” D: **Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe?**” kérdésre **nem jelölt meg választ**.

A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti EKR űrlap nyilatkozatból egyértelműen megállapítható, hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez **NEM** kíván alvállalkozót igénybe venni.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében az EEKD II. rész „A gazdasági szereplőre vonatkozó információk” D: „Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe?” pontjában a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti EKR űrlap nyilatkozattal összhangban a „NEM” válasz jelölését és az EEKD ismételt benyújtását!

3. Ajánlattevő az EEKD III. rész „Kizáró okok” A: „Büntetőeljáráásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok” pont valamennyi alpontjában („Bűnszervezetben való részvétel, Korruptió, Csalás, Terrorista bűncselekmény vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő bűncselekmény, Pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása, Gyermekmunka és az emberkereskedelem más formái) az **„Ez az információ**

elektronikusan elérhető?” kérdésre az „**IGEN**” választ adta meg. A **Közbeszerzési Hatóságnak** a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában kiadott 2022. május 12. napján kelt útmutatója alapján a fenti információk elektronikusan nem érhető el, így a „**NEM**” válasz jelölendő. Kérjük ezért hiánypótlás keretében az **EEKD nyilatkozat III. rész (Kizáró okok) A (Büntetőeljárásban hozott ítéletekkel kapcsolatos okok)** pont valamennyi alpontja esetén az „**Ez az információ elektronikusan elérhető?**” kérdésre az útmutatóban és az elektronikus adatbázisban fellelhető adatokkal összhangban lévő „**NEM**” válasz jelölését és az **EEKD ismételt benyújtását!**

4. Ajánlatkérő az egyéb közbeszerzési dokumentumban előírta, hogy csatolni kell az Ajánlattevő nyilatkozatát a műszaki ajánlatra (Műszaki ajánlat) vonatkozóan. A műszaki ajánlat megtételének mintájára Ajánlatkérő az egyéb közbeszerzési dokumentum mellékleteként mintadokumentumot is rendelkezésre bocsátott. **Az ajánlat nem tartalmazza az előírt műszaki ajánlatot.** Kérjük ezért hiánypótlás keretében az előírt műszaki ajánlat benyújtását!

2./ Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Kft. (1126 Budapest, Derkovits utca 3.-5.)

1. Ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: **EEKD**) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek. Az **EEKD nyilatkozatban meghatározott információk megadása – eltérő rendelkezés hiányában – kötelező.**

Ajánlattevő az **EEKD II. rész „A gazdasági szereplőre vonatkozó információk” D: Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe?**” kérdésre **nem jelölt meg választ.**

A Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti EKR űrlap nyilatkozatból egyértelműen megállapítható, hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez **NEM** kíván alvállalkozót igénybe venni.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében az **EEKD II. rész „A gazdasági szereplőre vonatkozó információk” D: „Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe?”** pontjában a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti EKR űrlap nyilatkozattal összhangban a „**NEM**” válasz jelölését és az **EEKD ismételt benyújtását!**

2. Ajánlattevő az **EEKD III. rész „Kizáró okok” C: „Fizetéseképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok”** pont **„Csődegyezség hitelezőkkel”** alpontjában az **„Ez az információ elektronikusan elérhető?”** kérdésre az „**IGEN**” választ adta meg. A **Közbeszerzési Hatóságnak** a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában kiadott 2022. május 12. napján kelt útmutatója alapján a fenti információ elektronikusan nem érhető el, így a „**NEM**” válasz jelölendő.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében az **EEKD nyilatkozat III. rész (Kizáró okok) C (Fizetéseképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok)** pont, **„Csődegyezség hitelezőkkel”** alpontja esetén az útmutatóban és az elektronikus adatbázisban fellelhető adatokkal összhangban lévő „**NEM**” válasz jelölését és az **EEKD ismételt benyújtását!**

3. Az ajánlatban benyújtott „*az ukrainai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576/EU rendelet (2022. április 8.) 5k. cikke szerinti nyilatkozat*”-on és az Ajánlattevő műszaki ajánlat nyilatkozatán (Műszaki ajánlaton) szereplő aláírás Ajánlatkérő megállapítása nem felel meg a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak, mivel a dokumentumok nem a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolataként kerültek benyújtásra, ugyanis **az aláírás képként került beillesztésre** a pdf formátumú elektronikus dokumentumra, ezáltal az aláírás, így a nyilatkozat hitelessége megkérdőjelezhető.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében az „ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576/EU rendelet (2022. április 8.) 5k. cikke szerinti nyilatkozat” és a műszaki ajánlatra vonatkozó nyilatkozat (Műszaki ajánlat) Kbt. 41/A. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseknek megfelelő valós, illetve hiteles másolatának a benyújtását!

4. Ajánlatkérő az Egyéb közbeszerzési dokumentumok Műszaki ajánlat (36. oldal) pontjában előírta, hogy „A *teszt specificitása minimum 94%-os*” kell legyen. Az ajánlatban benyújtott Műszaki ajánlat táblázat adata szerint (ajánlat 3. oldal) az „*Átlag 81.7% (95% CI: 69.6 - 90.5%)*”.

Kérjük ezért felvilágosítás kérés keretében annak magyarázatát, hogy a megadott adat miként feleltethető meg „A *teszt specificitása minimum 94%-os*” előírásnak!

5. Az Egyéb közbeszerzési dokumentumok 10.18. pontja szerint „Az ajánlatban csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát, hogy kereskedői vagy gyártói státuszban tesz ajánlatot. Az ajánlatban (a műszaki ajánlatban) meg kell jelölni valamennyi terméknél:

- a gyártó megnevezését,
- a gyártó és – ha eltér – a gép származási országát (EU nem elég, konkrét országot kell megadni),
- a termék, berendezés típusát,
- az ajánlat tárgyának VTSZ számát,
- a termék, berendezés gyártási évét (évszámmal megadva),
- az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eszköz új, vagy a korát a gyártástól számítva években.

Az ajánlat részeként kérjük benyújtani a kihelyezésre kerülő készülék részletes specifikációját, felszereltségét; a készülékekről hivatalos magyar nyelvű használati útmutatót (gépkönyv), mely igazolja a minimum feltételeknek való megfelelést; IVD regisztrációját; gyártói megfelelőségi nyilatkozatát.

Az ajánlat részeként csatolandó továbbá a reagensokról, a kontrollokról, a kalibrátorokról, a rendszeroldatokról rövid termékleírás és hivatalos magyar nyelvű használati utasítás (IFU) és biztonsági adatlap (MSDS), amelyekből az ajánlatkérői előírásoknak (paramétereknek) való megfelelést az Ajánlatkérő ellenőrizni tudja.”

Az Egyéb közbeszerzési dokumentumok Műszaki ajánlat (36. oldal) pontjában, a megajánlott reagensek műszaki minimum követelményei között előírásra került, hogy „Csak olyan székletvér teszt fogadható el, mely a humán hemoglobin kimutathatóságát garantálja a nyers mintából, hozzáadott puffer nélkül, a mintavételtől számított minimum + 3 napig!”

Az ajánlat nem tartalmazza a magyar nyelvű használati utasítást (IFU) a székletvér tesztről. Ajánlatkérő így nem tudja megállapítani, hogy a humán hemoglobin kimutathatóság nyers mintából, hozzáadott puffer nélkül, a mintavételtől számítva a mintavételtől számított minimum + 3 napig garantált.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében a székletvér tesztről olyan magyar nyelvű használati utasítást (IFU) benyújtását, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a humán hemoglobin kimutathatóság nyers mintából, hozzáadott puffer nélkül, a mintavételtől számítva a mintavételtől számított minimum + 3 napig garantált!

3./ PannonLog Invest Zrt. (1192 Budapest, Kós Károly tér 8.)

1. Ajánlattevő gazdasági szereplőkre vonatkozó EKR űrlap nyilatkozatának kitöltése nem teljeskörű, mivel a gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információknál nem került feltüntetésre Dr. B.P.A. igazgatósági tag születési helve és születési ideje. Az EKR űrlap nyilatkozatban meghatározott információk megadása – eltérő rendelkezés hiányában – kötelező.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében a gazdasági szereplőkre vonatkozó EKR űrlap nyilatkozat kiegészítését és ismételt benyújtását, feltüntetve Dr. B.P.A. igazgatósági tag születési helyét és születési idejét!

Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Laborreagensok beszerzése különféle vizsgálatokhoz
EKR002040222024

2. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján előírta, hogy **Ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum** (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a **műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek**. Az EEKD nyilatkozatban meghatározott információk megadása – eltérő rendelkezés hiányában – kötelező.

Az ajánlattevő által benyújtott **EEKD nyilatkozat II. rész „A gazdasági szereplőre vonatkozó információk”, B: „A gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk” pontjában Dr. B.P.A. igazgatósági tag** vonatkozásában a születési hely és születési idő nem került megadásra.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében az EEKD nyilatkozat II. rész (A gazdasági szereplőre vonatkozó információk) B (A gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információk) pontjában a születési hely és születési idő megadását és a kért adattal kiegészített EEKD ismételt benyújtását!

3. Az ajánlatban benyújtott „az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576/EU rendelet (2022. április 8.) 5k. cikke szerinti nyilatkozat”-on és az Ajánlattevő műszaki ajánlat nyilatkozatán (Műszaki ajánlaton) **szereplő aláírás Ajánlatkérő megállapítása nem felel meg a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak**, mivel a dokumentumok nem a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolataként kerültek benyújtásra, ugyanis **az aláírás képként került beillesztésre** a pdf formátumú elektronikus dokumentumra, ezáltal az aláírás, így a nyilatkozat hitelessége megkérdőjelezhető.

A Közbeszerzési Hatóság állásfoglalása szerint (Közbeszerzési Szemle 2018/12. szám) az aláírás bélyegző lenyomata nem tekinthető aláírásnak, sem kézzjegynek, mert nem köthető egyértelműen az aláíró személyhez. A cégjegyzési jogot csak aláírással lehet gyakorolni, a névbélyegző használata így cégjegyzésre nem alkalmas.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében az „ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576/EU rendelet (2022. április 8.) 5k. cikke szerinti nyilatkozat” és a műszaki ajánlatra vonatkozó nyilatkozat (Műszaki ajánlat) Kbt. 41/A. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseknek megfelelő valós, illetve hiteles másolatának a benyújtását!

4. Ajánlatkérő az Egyéb közbeszerzési dokumentumok Műszaki ajánlat (36. oldal) pontjában előírta, hogy „Amennyiben a reagens csomaghoz szükséges egyéb berendezés (vízfürdő, rázógép stb.), azt térítésmentesen szükséges biztosítani a vizsgálatok elvégzéséhez. **Az ajánlott kiserelés nem haladhatja meg 100 db-ot a Széklet vér kimutatásnál, és nem haladhatja meg a 10 db-ot a Terhességi próba kimutatásnál.**”

Az ajánlat részeként benyújtott „Termékleírások” című dokumentum 4. oldalán található adatok szerint a terhességi teszt „Katalógus szám: 1-307-K040 hCG **kazetta 40db**”, azaz **a teszt 40 darabos kiserelésű.**

Kérjük ezért felvilágosítás kérés keretében annak magyarázatát, hogy a termékleírásban szereplő adat miként feleltethető meg „az ajánlott kiserelés nem haladhatja meg a 10 db-ot a Terhességi próba kimutatásnál” előírásnak!

5. Ajánlatkérő az Egyéb közbeszerzési dokumentumok Műszaki ajánlat (36. oldal) pontjában előírta, hogy „A teszt érzékenysége minimum 94%-os” kell legyen. Az ajánlatban benyújtott Műszaki ajánlat táblázat adata szerint a teszt érzékenysége 100%.

Kérjük felvilágosítás kérés keretében annak megjelölését, hogy a megadott adatot (a teszt érzékenysége 100%) Ajánlatkérő az ajánlatban benyújtott mely dokumentumból tudja ellenőrizni vagy kérjük hiánypótlás keretében az ezt alátámasztó dokumentum benyújtását!

4./ MEDI-LAB Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Fiastyúk utca 1/A.)

1. Ajánlatkérő az Egyéb közbeszerzési dokumentumok Műszaki ajánlat (36. oldal) pontjában előírta, hogy „A teszt specificitása minimum 94%-os” és a „A teszt érzékenysége min. 94%-os” kell legyen. Az ajánlatban benyújtott Műszaki ajánlat táblázatban (ajánlat 3. oldal) mindkét előírás tekintetében az „Igen” válasz került megadásra. A kiadott Műszaki ajánlat táblázat szerint a „megajánlott berendezés vonatkozó paramétereinek, jellemzőinek leírását a számszerű adatok esetén a pontos adat megadásával, megfelelőség esetén az „igen” vagy „megfelel” beírásával” kell az adatokat megadni. **Kérjük ezért hiánypótlás keretében „A teszt érzékenysége minimum 94 %-os” és „A teszt specificitása minimum 94%-os” előírások tekintetében a számszerűsített, pontos adatok megadását!**

2. Az Egyéb közbeszerzési dokumentumok 10.18. pontja szerint „Az ajánlatban csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát, hogy kereskedői vagy gyártói státuszban tesz ajánlatot. Az ajánlatban (a műszaki ajánlatban) meg kell jelölni valamennyi terméknél:

- a gyártó megnevezését,
- a gyártó és – ha eltér – a gép származási országát (EU nem elég, konkrét országot kell megadni),
- a termék, berendezés típusát,
- az ajánlat tárgyának VTSZ számát,
- a termék, berendezés gyártási évét (évszámmal megadva),
- az Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eszköz új, vagy a korát a gyártástól számítva években.

Az ajánlat részeként kérjük benyújtani a kihelyezésre kerülő készülék részletes specifikációját, felszereltségét; a készülékekről hivatalos magyar nyelvű használati útmutatót (gépkönyv), mely igazolja a minimum feltételeknek való megfelelést; IVD regisztrációját; gyártói megfelelőségi nyilatkozatát.

Az ajánlat részeként csatolandó továbbá a reagensekről, a kontrollokról, a kalibrátorokról, a rendszeroldatokról rövid termékleírás és hivatalos magyar nyelvű használati utasítás (IFU) és biztonsági adatlap (MSDS), amelyekből az ajánlatkérői előírásoknak (paramétereknek) való megfelelést az Ajánlatkérő ellenőrizni tudja.”

Az Egyéb közbeszerzési dokumentumok Műszaki ajánlat (36. oldal) pontjában, a megajánlott reagentek műszaki minimum követelményei között előírásra került, hogy „Csak olyan széketvér teszt fogadható el, mely a humán hemoglobin kimutathatóságát garantálja a nyers mintából, hozzáadott puffer nélkül, a mintavételtől számított minimum + 3 napig!”

Az ajánlatban benyújtott használati útmutató szerint az applikátorba helyezett minta 1 hétig stabil. Ajánlatkérő szerint nem kivitelezhető, hogy a csomagban lévő applikátort (puffert tartalmazó) kiadják a betegnek, de hozzá vissza úgy, hogy a csomag másik része, a kazetta feldolgozható legyen vele. Az útmutatóból NEM derül ki, hogy a humán hemoglobin kimutathatóság nyers mintából, hozzáadott puffer nélkül, a mintavételtől számított mennyi ideig garantált. Ajánlatkérő így nem tudja egyértelműen megállapítani, hogy a humán hemoglobin kimutathatóság a nyers mintából, hozzáadott puffer nélkül, a mintavételtől számított a mintavételtől számított minimum + 3 napig garantált.

Kérjük ezért felvilágosítás kérés keretében annak magyarázatát, hogy miként feleltethető meg az ajánlatkérő előírásoknak a használati útmutató szerinti eljárás (megoldás), kérjük továbbá hiánypótlás keretében a széketvér tesztről olyan magyar nyelvű használati utasítás (IFU) benyújtását, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a humán hemoglobin kimutathatóság nyers mintából, hozzáadott puffer nélkül, a mintavételtől számított a mintavételtől számított minimum + 3 napig garantált!

6. RÉSZ: Laborreagens immunkémiai vizsgálatokhoz

1./ PannonLog Invest Zrt. (1192 Budapest, Kós Károly tér 8.)

1. Ajánlattevő **Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti EKR űrlap nyilatkozata hiányos**, mert az a) pont szerinti nyilatkozat mellett (alvállalkozót vesz igénybe) a nyilatkozat **b) pontja nem került kitöltésre**. Az EKR űrlap nyilatkozatban meghatározott információk megadása – eltérő rendelkezés hiányában – kötelező.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében a nyilatkozat **b) pontjában** az ismert alvállalkozó(k) megnevezését és a kiegészített nyilatkozat ismételt benyújtását, megjelölve az ajánlattevői teljesítésen belül az alvállalkozói teljesítés tervezett százalékos arányát is! Ha az alvállalkozó személye még nem ismert, akkor a nyilatkozat **b) pontjában** kérjük ennek egyértelmű feltüntetését („nem ismert”) és a kiegészített nyilatkozat ismételt benyújtását!

2. Ajánlattevő gazdasági szereplőkre vonatkozó EKR űrlap nyilatkozatának kitöltése **nem teljeskörű**, mivel a gazdasági szereplő képviselőire vonatkozó információknál **nem került feltüntetésre Dr. B.P.A. igazgatósági tag születési helve és születési ideje**. Az EKR űrlap nyilatkozatban meghatározott információk megadása – eltérő rendelkezés hiányában – kötelező.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében a gazdasági szereplőkre vonatkozó EKR űrlap nyilatkozat kiegészítését és ismételt benyújtását, feltüntetve **Dr. B.P.A. igazgatósági tag** születési helyét és születési idejét!

3. Az ajánlatban benyújtott „az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576/EU rendelet (2022. április 8.) 5k. cikke szerinti nyilatkozat”-on és az Ajánlattevő műszaki ajánlat nyilatkozatán (Műszaki ajánlaton) szereplő **aláírás Ajánlatkérő megállapítása nem felel meg a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak**, mivel a dokumentumok nem a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolataként kerültek benyújtásra, ugyanis **az aláírás képként került beillesztésre** a pdf formátumú elektronikus dokumentumra, ezáltal az aláírás, így a nyilatkozat hitelessége megkérdőjelezhető.

A Közbeszerzési Hatóság állásfoglalása szerint (Közbeszerzési Szemle 2018/12. szám) az aláírás bélyegző lenyomata nem tekinthető aláírásnak, sem kézjegynek, mert nem köthető egyértelműen az aláíró személyhez. A cégjegyzési jogot csak aláírással lehet gyakorolni, a névbélyegző használata így cégjegyzésre nem alkalmas.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében az „ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576/EU rendelet (2022. április 8.) 5k. cikke szerinti nyilatkozat” és a műszaki ajánlatra vonatkozó nyilatkozat (Műszaki ajánlat) Kbt. 41/A. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseknek megfelelő valós, illetve hiteles másolatának a benyújtását!

4. Az Egyéb közbeszerzési dokumentumok Műszaki ajánlat (37. oldal) pontjában, a megajánlott berendezések műszaki minimum követelményei között, előírásra került, hogy „**az automata kapacitása minimum 380 teszt/óra**” kell legyen. Ajánlattevő által megadott érték **120 teszt/óra**.

Kérjük ezért felvilágosítás kérés keretében annak magyarázatát, hogy a megadott adat miként feleltethető meg „**az automata kapacitása minimum 380 teszt/óra**” előírásnak!

5. Az Egyéb közbeszerzési dokumentumok 10.18. pontja szerint „Az ajánlatban csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát, hogy kereskedői vagy gyártói státuszban tesz ajánlatot. Az ajánlatban (a műszaki ajánlatban) meg kell jelölni valamennyi terméknél:

- a gyártó megnevezését,
- a gyártó és – ha eltér – a gép származási országát (EU nem elég, konkrét országot kell megadni),
- a termék, berendezés típusát,
- az ajánlat tárgyának VTSZ számát,

Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Laborreagensek beszerzése különféle vizsgálatokhoz
EKR002040222024

- a termék, berendezés gyártási évét (évszámmal megadva),
 - az AT nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eszköz új, vagy a korát a gyártástól számítva években.
 Az ajánlat részeként kérjük benyújtani a kihelyezésre kerülő készülék részletes specifikációját, felszereltségét, a készülékekről hivatalos magyar nyelvű használati útmutatót (gépkönyv), mely igazolja a minimum feltételeknek való megfelelést; IVD regisztrációját, gyártói megfelelőségi nyilatkozatát.

Az ajánlat nem tartalmazza a megajánlott készülék magyar nyelvű használati útmutatóját (gépkönyv).

Kérjük ezért hiánypótlás keretében a készülék magyar nyelvű használati útmutatójának benyújtását (gépkönyv)!

6. Ajánlatkérő a 3. értékelési szempont tekintetében előírta, hogy „az értékelés során az összes analitra (tesztre) vonatkozó összesített értéket kívánja értékelni. Az értékelési szempont vonatkozásában tehát a „6.1 Immkémia-mérési és zavaró tényezők tábla.xls” dokumentum alapján a soronkénti analitokhoz (tesztekhez) tartozó összes LIH értéket szükséges alapul venni, majd összesíteni az összes analitra.”

Az Ajánlattevő által benyújtott táblázatban a megadott zavaró tényezők esetén a soronkénti analitokhoz (tesztekhez) tartozó összes LIH érték összesítését az összes analitra a táblázat nem tartalmazza.

Kérjük ezért felvilágosítás kérés keretében annak magyarázatát, hogy az értékelési szempont szerinti kért adatot az ajánlatban benyújtott mely dokumentum tartalmazza!

2./ Beckman Coulter Magyarország Kft. (1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59.)

1. Ajánlattevő az EEKD III. rész „Kizáró okok” C: „Fizetéseképtelenséggel, összeférhetlenséggel vagy szakmai köteleességszegéssel kapcsolatos okok” pont „Csődeljárás” alpontjában az **„Ez az információ elektronikusan elérhető?”** kérdésre a **„NEM”** választ adta meg. A **Közbeszerzési Hatóságnak** a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában kiadott 2022. május 12. napján kelt útmutatója alapján a fenti információ elektronikusan nem érhető el, így az **„IGEN”** válasz jelölendő.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében az EEKD nyilatkozat III. rész (Kizáró okok) C (Fizetéseképtelenséggel, összeférhetlenséggel vagy szakmai köteleességszegéssel kapcsolatos okok) pont, „Csődeljárás” alpontja esetén az útmutatóban és az elektronikus adatbázisban fellelhető adatokkal összhangban az „IGEN” válasz jelölését és az EEKD ismételt benyújtását!

2. Ajánlattevő az EEKD III. rész „Kizáró okok” C: „Fizetéseképtelenséggel, összeférhetlenséggel vagy szakmai köteleességszegéssel kapcsolatos okok” pont „Csődegyezség hitelezőkkel” alpontjában az **„Ez az információ elektronikusan elérhető?”** kérdésre az **„IGEN”** választ adta meg. A **Közbeszerzési Hatóságnak** a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában kiadott 2022. május 12. napján kelt útmutatója alapján a fenti információ elektronikusan nem érhető el, így a **„NEM”** válasz jelölendő.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében az EEKD nyilatkozat III. rész (Kizáró okok) C (Fizetéseképtelenséggel, összeférhetlenséggel vagy szakmai köteleességszegéssel kapcsolatos okok) pont, „Csődegyezség hitelezőkkel” alpontja esetén az útmutatóban és az elektronikus adatbázisban fellelhető adatokkal összhangban a „NEM” válasz jelölését és az EEKD ismételt benyújtását!

Ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosítás kérésre adott írásbeli magyarázatok benyújtásának határidejét 2025. március 27. napján 15:00 órában határozta meg, amely határidő 2025. március 26-án 2025. április 1. napján 12:00 óráig meghosszabbításra került.

Az Ajánlatkérő által megjelölt határidő lejártáig a hiánypótlásra **felhívott ajánlattevők** – egy kivétellel – **határidőre benyújtották a hiánypótlásukat, illetve az írásbeli magyarázatukat.** Az **5. RÉSZ-ben a Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Kft. (1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.) nem nyújtott be hiánypótlást.**

A hiánypótlással, illetve a felvilágosítás kéréssel kapcsolatos eljárási cselekményeket az EKR dokumentumok tartalmazzák.

Hiánypótlás, felvilágosítás kérés 2.

Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatok további hiányosságait állapította meg, ezért **2025. április 9. napján újabb hiánypótlási felhívást** (*Hiánypótlási felhívás_20250409.pdf*) **bocsátott ki** az alábbi tartalommal:

1. RÉSZ: Laborreagensek klinikai kémiai vizsgálatokhoz

Beckman Coulter Magyarország Kft. (1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59.)

Ajánlatkérő megállapítása szerint a kémia-mérési tábla alábbi sorainak adatai nincsenek összhangban a hivatalos magyar nyelvű használati utasításban (IFU) a gyártó által feltüntetett adatokkal:

- a 4-es "P" sor "*Kontroll 1 (SD)*" és a "*Kontroll 2 (SD)*" értékei a megadott **mmol/l** mértékegységre vonatkozóan,
- a 19-es "LDH" sor "*Kontroll 1 (SD)*" és a "*Kontroll 2 (SD)*" értékei a megadott **U/l** mértékegységre vonatkozóan,
- a 24-es "TG" sor "*Kontroll 2 (SD)*" értéke a megadott **mmol/l** mértékegységre vonatkozóan,
- a 32-es "VHSG" sor "*mérési tartomány*" és a "*Ref.tart.*" értékei a megadott **mmol/nap** mértékegységre vonatkozóan,
- a 34-es "VCaS" sor "*Ref.tart.*" értékei a megadott **mmol/l** mértékegységre vonatkozóan,
- a 35-ös "VKRES" sor "*mérési tartomány*" és a "*Ref.tart.*" értékei a megadott **mmol/l** mértékegységre vonatkozóan,
- a 36-os "VAMYS" sor "*mérési tartomány*" értéke a megadott **U/l** mértékegységre vonatkozóan.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében a kémia-mérési tábla hivatkozott sorainak felülvizsgálatát és a hivatalos magyar nyelvű használati utasításban (IFU) a gyártó által feltüntetett adatokkal (és mértékegységekkel) összhangban történő ismételt benyújtását!

3. RÉSZ: Laborreagensek hemoglobin A1c vizsgálatokhoz

Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Kft. (1082 Budapest, Futó utca 47-53.)

1. Ajánlattevő az ajánlat részeként benyújtotta IVD regisztrációját, amelynek érvényessége kapcsán Ajánlatkérő meg kíván győződni a megajánlott termék osztály szerinti besorolásáról.

Kérjük ezért felvilágosítás kérés keretében az IVD regisztráció szerinti termék osztály szerinti besorolásának (pl. B osztály) megadását!

2. Ajánlatkérő az ártáblában megadott kontrollok mennyiségét ellenőrizte és azt állapította meg, hogy az egységdobozban 3-3 db üveg kétszintű kontroll van, amely 7 napig stabil az újraoldás után, tehát 1 doboz 3 hétig elegendő a napi kétszintű kontroll mérésekhez. Egy évre 6 doboz szerepel az ajánlatban, amely 3x6=18 hétig elegendő, ugyanakkor egy évben 52 hét van.

Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírta, hogy „amennyiben a vizsgálat-mennyiséghez a megajánlott kiegészítők (kontrollok és kalibrátorok is) mennyisége a teljesítés során kevésnek bizonyul, a nyertes ajánlattevő a hiányzó mennyiséget térítésmentesen köteles biztosítani”.

Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Laborreagensek beszerzése különféle vizsgálatokhoz
EKR002040222024

Kérjük ezért felvilágosítás keretében annak magyarázatát, hogy az ártáblában megadott kontrollok mennyisége miként feleltethető meg a napi kétszintű kontroll mérésekhez szükséges éves mennyiségnek és/vagy annak megerősítését, hogyha a vizsgálat-mennyiséghez a megajánlott kiegészítők (kontrollok és kalibrátorok is) mennyisége a teljesítés során kevésnek bizonyul, akkor Ajánlattevő – nyertessége esetén – a hiányzó mennyiséget az ártáblában megadott kontrollok mennyiségétől függetlenül térítésmentesen biztosítja!

5. RÉSZ: Laborreagensek manuális vizsgálatokhoz

1./ VITANI Egészségügyi Tanácsadói, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1147 Budapest, Telepes utca 17.)

1. Ajánlatkérő az Egyéb közbeszerzési dokumentumok 10.18. pontjában előírta, hogy az ajánlat részeként csatolandó a reagensekről, a kontrollokról, a kalibrátorokról, a rendszeroldatokról rövid termékleírás és a **biztonsági adatlap (MSDS)**, amelyekből az ajánlatkérői előírásoknak (paramétereknek) való megfelelést az Ajánlatkérő ellenőrizni tudja. A benyújtott műszaki leírás nem tartalmazza a biztonsági adatlapo(ka)t (MSDS).

Kérjük ezért hiánypótlás keretében a megajánlott termékek biztonsági adatlapjának (MSDS), illetve adott esetben egyidejűleg az adatlap(ok) magyar nyelvű fordításának benyújtását, amely(ek)ből az ajánlatkérői előírásoknak (paramétereknek) való megfelelést az Ajánlatkérő ellenőrizni tudja!

2. Ajánlattevő ajánlata szerint **a terhességi teszt vonatkozásában** az „ajánlott kiserelés mekkora vizsgálati számra elegendő?” kérdésre „80” választ, az „ajánlott kiserelés hány napig használható?” kérdésre pedig „10” választ adott. A benyújtott dokumentumokból ugyanakkor **nem állapítható meg a teszt hány darabos kiserelésű**, így nem ellenőrizhető egyértelműen azon ajánlatkérői előírás, miszerint „az ajánlott kiserelés nem haladhatja meg a 10 db-ot a Terhességi próba kimutatásánál”.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében a terhességi teszt vonatkozásában az ajánlott kiserelés egyértelmű megadását és/vagy annak leírását, hogy Ajánlattevő miként biztosítja 10 darabos kiserelésben a teszt stabilitását!

2./ PannonLog Invest Zrt. (1192 Budapest, Kós Károly tér 8.)

1. Ajánlattevő hiánypótlási felhívásban benyújtott gyártói nyilatkozat szerint a Terhességi próba kimutatásánál a teszt az ajánlatkérői előírásoknak megfelelően 10 db-os kiserelésben kerül leszállításra. Ajánlatkérő meg kíván győződni arról, hogy a 10 db-os kiserelés a 40 db-os kiserelés megbontásával vagy a gyártói előírásoknak megfelelő (zárt) 10 db-os kiserelésben kerül-e majd leszállításra.

Kérjük ezért felvilágosítás kérés keretében annak megerősítését, hogy az ajánlott kiserelés a Terhességi próba kimutatásánál 10 db-os gyártó kiserelésű vagy annak leírását, hogyha a 40 db-os kiserelés megbontására kerül sor, akkor Ajánlattevő miként biztosítja 10 darabos kiserelésben a teszt stabilitását!

2. A hivatalos magyar nyelvű használati utasításban (IFU) a széketvér metodikai leírása alapján nem egyértelmű, hogy a minta pufferrel kezelve tárolható max. 3 napig vagy puffer hozzáadása nélkül (a nyers minta) tárolható.

Az Egyéb közbeszerzési dokumentumok Műszaki ajánlat (36. oldal) pontjában, a megajánlott reagensek műszaki minimum követelményei között előírásra került, hogy „**Csak olyan széketvér teszt fogadható el, mely a humán hemoglobint kimutathatóságát garantálja a nyers mintából, hozzáadott puffer nélkül, a mintavételtől számított minimum + 3 napig!**”.

Kérjük ezért felvilágosítás kérés keretében annak magyarázatát, illetve megerősítését, hogy a megajánlott széketvér teszt esetén a minta puffer hozzáadása nélkül (a nyers minta) tárolható minimum + 3 napig!

Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Laborreagensok beszerzése különféle vizsgálatokhoz
EKR002040222024

3. Az Egyéb közbeszerzési dokumentumok 10.18. pontjában előírta, hogy az ajánlat részeként csatolandó a reagensokról, a kontrollokról, a kalibrátorokról, a rendszeroldatokról rövid termékleírás és a **biztonsági adatlap (MSDS), továbbá az IVD regisztráció dokumentuma**, amelyekből a jogszabályi és az ajánlatkérői előírásoknak (paramétereknek) való megfelelést az Ajánlatkérő ellenőrizni tudja. Az ajánlat nem tartalmazza a biztonsági adatlapo(ka)t (MSDS) és az IVD regisztráció dokumentumát.

Kérjük ezért hiánypótlás keretében a megajánlott termékek biztonsági adatlapjának (MSDS), illetve adott esetben egyidejűleg az adatlap(ok) magyar nyelvű fordításának, továbbá a magyarországi forgalmazásról IVD igazolás (OGYI vagy NNGYK engedély) benyújtását, amely(ek)ből a jogszabályi és ajánlatkérői előírásoknak (paramétereknek) való megfelelést az Ajánlatkérő ellenőrizni tudja!

Ajánlatkérő a hiánypótlás és a felvilágosítás kérésre adott írásbeli magyarázatok benyújtásának határidejét 2025. április 18. napján 12:00 órában határozta meg.

Az Ajánlatkérő által megjelölt határidő lejártáig a hiánypótlásra **felhívott ajánlattevők határidőre benyújtották a hiánypótlásukat, illetve az írásbeli magyarázatukat.**

A hiánypótlással, illetve a felvilágosítás kéréssel kapcsolatos eljárási cselekményeket az EKR dokumentumok tartalmazzák.

III. Az ajánlati kötöttség fenntartása

Ajánlatkérő Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján, a közbeszerzési eljárás bírálatának elhúzódására tekintettel 2025. március 26. napján nyilatkozattételre hívta fel az ajánlattevőket arra vonatkozóan, hogy az ajánlatukat változatlanul fenntartják-e az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére.

A meghosszabbított **ajánlati kötöttség lejárata 2025. május 30. napja.** Ajánlatkérő a nyilatkozattétel határidejét 2025. április 1. napján 12:00 órában határozta meg.

Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján felhívta a figyelmet arra, hogyha az ajánlattevő határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Ajánlatkérő felhívta továbbá az ajánlattevők figyelmét arra, hogyha az ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, akkor azt az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

A **VITANI Egészségügyi Tanácsadói, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.** (1147 Budapest, Telepes utca 17.) 2025. március 27. napján kifejezett **nyilatkozatot nyújtott be** arra vonatkozóan, **hogy ajánlatát fenntartja.** A további ajánlattevők az **ajánlati kötöttség fenntartására vonatkozóan nem tettek nyilatkozatot, így Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján úgy tekintette, hogy ajánlatukat az Ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartják.**

Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Laborreagensek beszerzése különféle vizsgálatokhoz
EKR002040222024

IV. Az ajánlatok bírálata – feltételes érvényesség, érvénytelenség megállapítása

Az ajánlatok bírálata keretében az alábbiak állapíthatók meg az egyes ajánlatokról:

Érvényes ajánlatot nyújtott be:

1. RÉSZ: Laborreagensek klinikai kémiai vizsgálatokhoz

Beckman Coulter Magyarország Kft. (1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59.)

Indokolás: Az ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

2. RÉSZ: Laborreagensek hematológiai és hemosztázis vizsgálata

Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Kft. (1048 Budapest, Tenkefürdő utca 5.)

Indokolás: Az ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

3. RÉSZ: Laborreagensek hemoglobin A1c vizsgálatokhoz

1./ Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Kft. (1082 Budapest, Futó utca 47-53.)

Indokolás: Az ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

2./ KVMED Kft. (2360 Gyál, Dobó Katica utca 43.)

Indokolás: Az ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

4. RÉSZ: Laborreagensek vizeletanalitikai vizsgálatokhoz

Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zrt. (1047 Budapest, Attila utca 126.)

Indokolás: Az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

5. RÉSZ: Laborreagensek manuális vizsgálatokhoz

1./ PannonLog Invest Zrt. (1192 Budapest, Kós Károly tér 8.)

Indokolás: Az ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

2./ VITANI Egészségügyi Tanácsadói, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1147 Budapest, Telepes utca 17.)

Indokolás: Az ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Laborreagensok beszerzése különféle vizsgálatokhoz
EKR002040222024

6. RÉSZ: Laborreagensok immunkémiai vizsgálatokhoz

Beckman Coulter Magyarország Kft. (1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59.)

Indokolás: Az ajánlattevő ajánlata a hiánypótlást követően megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Érvénytelen ajánlatot nyújtott be:

5. RÉSZ: Laborreagensok manuális vizsgálatokhoz

1./ Green Lab Magyarország Mérnöki Iroda Kft. (1126 Budapest, Derkovits utca 3-5.)

Indokolás: Az ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján** érvénytelen, mert az alábbiak szerint **NEM felel meg** az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek:

Tekintettel arra, hogy az ajánlattevő a hiánypótlását az előírt határidőben nem teljesítette, az Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (10) bekezdése szerinti rendelkezésekre figyelemmel kizárólag az eredeti ajánlati példányt vette figyelembe az elbírálás során.

1. Ajánlattevő kérte hiánypótlás keretében az EEKD II. rész „A gazdasági szereplőre vonatkozó információk” D: „Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe?” pontjában a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti EKR űrlap nyilatkozattal összhangban a „NEM” válasz jelölését és az EEKD ismételt benyújtását.

Ajánlattevő a kért hiánypótlást nem teljesítette, így a benyújtott EEKD II. rész „A gazdasági szereplőre vonatkozó információk” D: „Információk azokról az alvállalkozókról, akiknek kapacitásait a gazdasági szereplő nem veszi igénybe?” pont nincs összhangban a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti EKR űrlap nyilatkozattal, ezért az ajánlat a Kbt. 71. § (10) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

2. Ajánlatkérő kérte hiánypótlás keretében az EEKD nyilatkozat III. rész (Kizáró okok) C (Fizetéseképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok) pont, „Csődegyezség hitelezőkkel” alpontja esetén az útmutatóban és az elektronikus adatbázisban fellelhető adatokkal összhangban lévő „NEM” válasz jelölését és az EEKD ismételt benyújtását.

Ajánlattevő a kért hiánypótlást nem teljesítette, így a benyújtott EEKD nyilatkozat III. rész (Kizáró okok) C (Fizetéseképtelenséggel, összeférhetetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok) pont, „Csődegyezség hitelezőkkel” alpontjának kitöltése nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak és a Közbeszerzési Hatóságnak a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában kiadott 2022. május 12. napján kelt útmutatójában foglaltaknak, ezért az ajánlat a Kbt. 71. § (10) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

3. Ajánlatkérő kérte hiánypótlás keretében az „ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576/EU rendelet (2022. április 8.) 5k. cikke szerinti nyilatkozat” és a műszaki ajánlatra vonatkozó nyilatkozat (Műszaki ajánlat) Kbt. 41/A. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseknek megfelelő valós, illetve hiteles másolatának a benyújtását.

Ajánlattevő a kért hiánypótlást nem teljesítette, így „az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576/EU rendelet (2022. április 8.) 5k. cikke szerinti nyilatkozat”-on és az Ajánlattevő műszaki ajánlat nyilatkozatán (Műszaki ajánlaton) szereplő aláírás nem felel meg a Kbt. 41/A. § (1)

Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Laborreagensok beszerzése különféle vizsgálatokhoz
EKR002040222024

bekezdésében foglaltaknak, ezért az ajánlat a Kbt. 71. § (10) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

4. Ajánlatkérő az Egyéb közbeszerzési dokumentumok Műszaki ajánlat (36. oldal) pontjában előírta, hogy „A *teszt specificitása minimum 94%-os*” kell legyen. Az ajánlatban benyújtott Műszaki ajánlat táblázat adata szerint (ajánlat 3. oldal) az „*Átlag 81.7% (95% CI: 69.6 - 90.5%)*”.

Ajánlatkérő kérte ezért felvilágosítás kérés keretében annak magyarázatát, hogy a megadott adat miként feleltethető meg „A *teszt specificitása minimum 94%-os*” előírásnak.

Ajánlattevő a kért hiánypótlást nem teljesítette, a benyújtott műszaki-szakmai ajánlat szerint megajánlott termék nem felel meg „A *teszt specificitása minimum 94%-os*” előírásnak, ezért az ajánlat a Kbt. 71. § (10) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

5. Ajánlatkérő kérte hiánypótlás keretében a széketvér tesztről olyan magyar nyelvű használati utasítást (IFU) benyújtását, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a humán hemoglobin kimutathatóság nyers mintából, hozzáadott puffer nélkül, a mintavételtől számítva a mintavételtől számított minimum + 3 napig garantált.

Ajánlattevő a kért hiánypótlást nem teljesítette, így az ajánlat nem tartalmazza a megajánlott termék magyar nyelvű használati utasítását (IFU), amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a humán hemoglobin kimutathatóság nyers mintából, hozzáadott puffer nélkül, a mintavételtől számítva a mintavételtől számított minimum + 3 napig garantált, ezért az ajánlat a Kbt. 71. § (10) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

2./ **MEDI-LAB Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (2000 Szentendre, Fiastyúk utca 1/A.)

Indokolás: Az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mert az alábbiak szerint **NEM felel meg** az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek:

Az Egyéb közbeszerzési dokumentumok Műszaki ajánlat (36. oldal) pontjában, a megajánlott reagensok műszaki minimum követelményei között előírásra került, hogy „*Csak olyan széketvér teszt fogadható el, mely a humán hemoglobin kimutathatóságát garantálja a nyers mintából, hozzáadott puffer nélkül, a mintavételtől számított minimum + 3 napig!*”

Az ajánlatban benyújtott használati útmutató szerint az applikátorba helyezett minta 1 hétig stabil. Ajánlatkérő szerint nem kivitelezhető, hogy a csomagban lévő applikátort (puffert tartalmazó) kiadják a betegnek, de hozza vissza úgy, hogy a csomag másik része, a kazetta feldolgozható legyen vele. Az útmutatóból NEM derül ki, hogy a humán hemoglobin kimutathatóság nyers mintából, hozzáadott puffer nélkül, a mintavételtől számítva mennyi ideig garantált.

Ajánlatkérő kérte ezért felvilágosítás kérés keretében annak magyarázatát, hogy miként feleltethető meg az ajánlatkérő előírásoknak a használati útmutató szerinti eljárás (megoldás), kérjük továbbá hiánypótlás keretében a széketvér tesztről olyan magyar nyelvű használati utasítás (IFU) benyújtását, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a humán hemoglobin kimutathatóság nyers mintából, hozzáadott puffer nélkül, a mintavételtől számítva a mintavételtől számított minimum + 3 napig garantált!

Ajánlatkérő a felvilágosítás kérésre csatolta a HUMAN GmbH gyártó nyilatkozatát, miszerint „*a begyűjtött minta szobahőmérsékleten (8-30°C) legfeljebb hét napig tárolható, ha nem vizsgálják meg azonnal. Ha a körülmények lehetővé teszik, a minta a jobb tárolás érdekében hűtve (2-8°C) is tárolható. A natív széketvérminták stabilitása szobahőmérsékleten egy nap, 2-8°C-on pedig három nap*”.

Ajánlattevő olyan magyar nyelvű használati utasítást (IFU) nem csatolt, amelyből egyértelműen megállapítható, hogy a humán hemoglobin kimutathatóság nyers mintából, hozzáadott puffer nélkül, a mintavételtől számítva a mintavételtől számított minimum + 3 napig garantált. Ajánlatkérő a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján megállapította, hogy a megajánlott széketvér teszt esetén nem került alátámasztásra, hogy a humán hemoglobin kimutathatóság garantált a nyers mintából, hozzáadott puffer nélkül, a mintavételtől számított minimum + 3

Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Laborreagensok beszerzése különféle vizsgálatokhoz
EKR002040222024

napig, ezért az ajánlat a Kbt. 71. § (10) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

6. RÉSZ: Laborreagensok immunkémiai vizsgálatokhoz

PannonLog Invest Zrt. (1192 Budapest, Kós Károly tér 8.)

Indokolás: Az ajánlattevő ajánlata a **Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján** érvénytelen, mert az alábbiak szerint **NEM felel meg** az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek:

Ajánlatkérő az Egyéb közbeszerzési dokumentumok Műszaki ajánlat (37. oldal) pontjában, a megajánlott berendezések műszaki minimum követelményei között előírta, hogy „*az automata kapacitása minimum 380 teszt/óra*” kell legyen. A benyújtott műszaki-szakmai ajánlat szerint a megajánlott automata kapacitása 120 teszt/óra.

Ajánlatkérő felvilágosítás kérés keretében annak magyarázatát, hogy a megadott adat miként feleltethető meg „*az automata kapacitása minimum 380 teszt/óra*” előírásnak.

Ajánlattevő a felvilágosítás kérésre adott magyarázatában úgy nyilatkozott, hogy a 380 teszt/óra teljesítményt téves adatmegadásnak gondolta, tekintettel arra, hogy a napi átlagos mintaszám (a megadott évi mennyiségből kiindulva) kb. 190 teszt/nap.

Ajánlattevő a benyújtott műszaki-szakmai ajánlat, a megajánlott analízátor specifikációja és termékleírása, valamint az ajánlattevői nyilatkozat alapján megállapította, hogy a megajánlott termék nem felel meg „*az automata kapacitása minimum 380 teszt/óra*” előírásnak, ezért az ajánlat a Kbt. 71. § (10) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

V. Az ajánlatok értékelése

A Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti dokumentumokban foglalt nyilatkozatok alapján a Bíráló Bizottság az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a **legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat szempontja alapján**, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott módszerrel értékelte az alábbiak szerint:

1. RÉSZ: Laborreagensok klinikai kémiai vizsgálatokhoz

Beckman Coulter Magyarország Kft. (1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59.)

Részszerpont	ajánlat	súlyszám	pontszám	súlyozott pontszám
Nettó ajánlati ár (HUF)	30 881 570 Ft	78	100	7800
A felhívásban előírt 12 hónap kötelező ártartáson felül vállalt ártartás időtartama (hónap, min. 0, max. 24)	24 hónap	2	100	200
A klinikai kémiai készülék küvetájának anyaga – optikai üveg (igen/nem)	igen	3	100	300
A klinikai kémiai automata reakciótér (küvetatér) hőmérsékletének biztosítása száraz inkubálókamrás rendszerben történik (igen/nem)	igen	3	100	300
A klinikai kémiai reakciók zavaró tényezőkre való érzékenysége (a legkevésbé érzékeny a legjobb)	19001,73	4	100	400
A klinikai kémiai reagensok on-board stabilitási ideje	192,13	5	100	500
A készülék a mérések elvégzéséhez nem használ eldobható pipettahegyeket (igen/nem)	igen	5	100	500
Összesen				10000

Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Laborreagensek beszerzése különféle vizsgálatokhoz
EKR002040222024

2. RÉSZ: Laborreagensek hematológiai és hemosztázis vizsgálata

Részszerpont	ajánlat	súlyszám	pontszám	súlyozott pontszám
Nettó ajánlati ár (HUF)	13 437 600 Ft	80	100	8000
A felhívásban előírt 12 hónap kötelező ártartáson felül vállalt ártartás időtartama (hónap, min. 0, max. 24)	24 hónap	5	100	500
Alacsony fehérvérsejt üzem mód biztosítása (igen/nem)	igen	5	100	500
Éretlen granulocita diagnosztikai paraméter lehetőségének biztosítása (igen/nem)	igen	5	100	500
Partdiff méréshez szükséges felszívási mintamennyiség (µl) (a legalacsonyabb a legjobb)	88	5	100	500
Összesen				10000

3. RÉSZ: Laborreagensek hemoglobin A1c vizsgálatokhoz

Értékelési szempontok	Detektálási lehetőség HbA2, HbS, HbC, HbD, HbE variánsokra (igen/nem) Igen - 100, nem - 0 pont			A mintán kívüli kontroll mérések is vonalkódos azonosítással mérhetők (igen/nem) Igen - 100, nem - 0 pont			A felhívásban előírt 12 hónap kötelező ártartáson felül vállalt ártartás időtartama (hónap, min. 0, max. 24) Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin			Nettó ajánlati ár (HUF) P = (Alegjobb / Avizsgált) x 100			Súlyozott összpontszám
Súlyszám	5			5			10			80			
Ajánlattevő	Megajánlás	Pontszám	Súlyozott pontszám	Megajánlás	Pontszám	Súlyozott pontszám	Megajánlás	Pontszám	Súlyozott pontszám	Megajánlás	Pontszám	Súlyozott pontszám	
Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság	igen	100	500	igen	100	500	24	100	1000	10932200	100,00	8000,00	10000
KVMED Kft.	igen	100	500	igen	100	500	24	100	1000	11770728	92,88	7430,09	9430,01

4. RÉSZ: Laborreagensek vizeletanalitikai vizsgálatokhoz

Részszerpont	ajánlat	súlyszám	pontszám	súlyozott pontszám
Nettó ajánlati ár (HUF)	14 522 580 Ft	75	100	7500
A felhívásban előírt 12 hónap kötelező ártartáson felül vállalt ártartás időtartama (hónap, min. 0, max. 24)	24 hónap	10	100	1000
A vizeletcsík leolvasó biztosítja a párasodás észlelését (igen/nem)	igen	15	100	1500
Összesen				10000

5. RÉSZ: Laborreagensek manuális vizsgálatokhoz

Értékelési szempontok	AA felhívásban előírt 12 hónap kötelező ártartáson felül vállalt ártartás időtartama (hónap, min. 0, max. 24) $P_{vizsgált} = (A_{vizsgált} - A_{legkedvezőtlenebb}) / (A_{legkedvezőbb} - A_{legkedvezőtlenebb}) \times (P_{max} - P_{min}) + P_{min}$			Nettó ajánlati ár (HUF) $P = (A_{legjobb} / A_{vizsgált}) \times 100$			Súlyozott összpontszám:
Súlyszám	6			94			
Ajánlattevő	Megajánlás	Pontszám	Súlyozott pontszám	Megajánlás	Pontszám	Súlyozott pontszám	
PannonLog Invest Zrt.	24	100	600	2358900	74,40	6993,22	7593,22
VITANI Egészségügyi Tanácsadói, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft	12	50	300	1754926	100,00	9400,00	9700,00

Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Laborreagensok beszerzése különféle vizsgálatokhoz
EKR002040222024

6. RÉSZ: Laborreagensok immunkémiai vizsgálatokhoz

Részszerpont	ajánlat	súlyszám	pontszám	súlyozott pontszám
Nettó ajánlati ár (HUF)	23 513 540 Ft	78	100	7800
A felhívásban előírt 12 hónap kötelező ártartáson felül vállalt ártartás időtartama (hónap; 0-24 hónap)	24 hónap	2	100	200
Az immunkémiai reakciók zavaró tényezőkre való érzékenysége (a legkevésbé érzékeny a legjobb)	1950,06	3	100	300
Az immunkémiai reagensok on-board stabilitási ideje (a legmagasabb a legjobb)	175	3	100	300
Az immunkémiai tesztek mérési ideje (perc) (a legkevesebb a legjobb)	85	4	100	400
Az immunkémiai automata min. 3 órán keresztül lehetővé teszi további vizsgálatok elvégzését a minta ismételt behelyezése nélkül (belső aliquot készítése) (igen/nem)	igen	4	100	400
A kiürült reagenstartók manuális tevékenység nélküli (automatikus) kiürítése az immunkémiai automatából (igen/nem)	igen	3	100	300
A készülék a mérések elvégzéséhez nem használ eldobható pipettahegyeket (igen/nem)	igen	3	100	300
Osszesen				10000

Ajánlatkérő megállapította, hogy az értékelési szempontok szerint az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtották be:

1. RÉSZ: Laborreagensok klinikai kémiai vizsgálatokhoz

Beckman Coulter Magyarország Kft. (1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59.)

2. RÉSZ: Laborreagensok hematológiai és hemosztázis vizsgálata

Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Kft. (1048 Budapest, Tenkefürdő utca 5.)

3. RÉSZ: Laborreagensok hemoglobin A1c vizsgálatokhoz

Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Kft. (1082 Budapest, Futó utca 47-53.)

4. RÉSZ: Laborreagensok vizeletanalitikai vizsgálatokhoz

Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zrt. (1047 Budapest, Attila utca 126.)

5. RÉSZ: Laborreagensok manuális vizsgálatokhoz

VITANI Egészségügyi Tanácsadói, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1147 Budapest, Telepes utca 17.)

6. RÉSZ: Laborreagensok immunkémiai vizsgálatokhoz

Beckman Coulter Magyarország Kft. (1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59.)

1. RÉSZ: Laborreagensok klinikai kémiai vizsgálatokhoz tekintetében a Beckman Coulter Magyarország Kft. (1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59.)

2. RÉSZ: Laborreagensok hematológiai és hemosztázis vizsgálata tekintetében a Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Kft. (1048 Budapest, Tenkefürdő utca 5.)

Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Laborreagensok beszerzése különféle vizsgálatokhoz
EKR002040222024

3. RÉSZ: Laborreagensok hemoglobin A1c vizsgálatokhoz tekintetében a **Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Kft.** (1082 Budapest, Futó utca 47-53.)

4. RÉSZ: Laborreagensok vizeletanalitikai vizsgálatokhoz tekintetében a **Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zrt.** (1047 Budapest, Attila utca 126.)

5. RÉSZ: Laborreagensok manuális vizsgálatokhoz tekintetében a **VITANI Egészségügyi Tanácsadói, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.** (1147 Budapest, Telepes utca 17.)

6. RÉSZ: Laborreagensok immunkémiai vizsgálatokhoz tekintetében a **Beckman Coulter Magyarország Kft.** (1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59.)

VI. Az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására történő felhívás

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján, az ajánlatok bírálatát követően **2025. április 28. napján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőket** a kizáró okok, illetőleg alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt **igazolások** EKR rendszerben történő **benyújtására hívta fel** a „*Felhívás az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására (a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján)*” dokumentumban foglaltak szerint.

Ajánlatkérő az **igazolások benyújtásának határidejét 2025. május 7. napján 12.00 órában** határozta meg.

Az Ajánlatkérő által megjelölt határidő lejártáig **a felhívott ajánlattevők az 1., 2., 3. és 6. RÉSZ-ben a kért igazolásokat benyújtották.**

Az Ajánlatkérő által megjelölt határidő lejártáig **a felhívott ajánlattevők a 4. és 5. RÉSZ-ben igazolásokat nem nyújtottak be.**

A Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek vagy **nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést.**

A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen az eljárás, ha kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.

Ajánlatkérő megállapította, hogy a **4. RÉSZ-ben** az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető **Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zrt.** (1047 Budapest, Attila utca 126.) ajánlattevő nem igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, ezért **ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján**, érvényes ajánlat hiányában pedig **az eljárás eredményesen nem lezárható.**

Ajánlatkérő megállapította azt is, hogy az **5. RÉSZ-ben** az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető **VITANI Egészségügyi Tanácsadói, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.** (1147 Budapest, Telepes utca 17.) ajánlattevő nem igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, ezért **ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján.** Ezt követően a Bíráló Bizottság az értékelési sorrendben második legkedvezőbb ajánlattevőt a kizáró okok, illetőleg alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására fogja felhívni és az **5. RÉSZ-ben** külön tesz javaslatot az eljárást lezáró döntésre.

Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Laborreagensek beszerzése különféle vizsgálatokhoz
EKR002040222024

Ajánlatkérő az **1. 2., 3. és 6. RÉSZ**-ben a közhiteles nyilvános adatbázisok adatai, a Kbt., illetőleg a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően megállapította, hogy az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevők nem állnak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

A Bíráló Bizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagja az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevők által benyújtott hiánypótlás(oka)t, az ezek részeként csatolt dokumentumokat, igazolásokat a jogszabályi előírásokkal, a felhívás, illetőleg a dokumentáció feltételeivel összevetve megállapította, hogy az ajánlattevők alkalmasságának igazolására elfogadhatók és megfelelők, mert a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésével összhangban tartalmazzák a jogszabályban előírt valamennyi adatot, információt és az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

A Bíráló Bizottság közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagja ugyancsak ellenőrizte, hogy az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevők ajánlati árát az általuk benyújtott részletes költségvetés alátámasztja.

Az ajánlatok tekintetében a Kbt. 72. § szerinti aránytalanul alacsony ár vizsgálatának szükségessége nem merült fel. Számítási hiba javításra nem került sor.

Mindezek alapján az Ajánlatkérő által ellenőrzött, illetőleg a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása körében benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján megállapítható, hogy az **1. 2., 3. és 6. RÉSZ**-ben az ajánlatok bírálata alapján legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmasságát a benyújtott dokumentumok megfelelően igazolják.

VII. Döntési javaslat

Mindezek ismeretében a Bíráló Bizottság egyhangúlag javasolja a Döntéshozó számára

1. RÉSZ: Laborreagensek klinikai kémiai vizsgálatokhoz tekintetében

1. az eljárás eredményessé nyilvánítását;
2. a **Beckman Coulter Magyarország Kft.** (1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59.) ajánlattevő ajánlatának érvényessé nyilvánítását, mivel az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek;
3. **nyertes ajánlattevőként a Beckman Coulter Magyarország Kft.** (1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59.) ajánlattevő kihirdetését és a **nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötését 30 881 570 Ft** ajánlati árral és az ajánlat szerinti egyéb megajánlásokkal.

2. RÉSZ: Laborreagensek hematológiai és hemosztázis vizsgálata tekintetében

1. az eljárás eredményessé nyilvánítását;
2. a **Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Kft.** (1048 Budapest, Tenkefürdő utca 5.) ajánlattevő ajánlatának érvényessé nyilvánítását, mivel az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek;
3. **nyertes ajánlattevőként a Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Kft.** (1048 Budapest, Tenkefürdő utca 5.) ajánlattevő kihirdetését és a **nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötését 13 437 600 Ft** ajánlati árral és az ajánlat szerinti egyéb megajánlásokkal.

3. RÉSZ: Laborreagensok hemoglobin A1c vizsgálatokhoz tekintetében

1. az eljárás eredményessé nyilvánítását;
2. a **Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Kft.** (1082 Budapest, Futó utca 47-53.) és a **KVMED Kft.** (2360 Gyál, Dobó Katika utca 43.) ajánlattevők **ajánlatának érvényessé nyilvánítását**, mivel az ajánlattevők ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek;
3. **nyertes ajánlattevőként a Bio-Rad Magyarország Kereskedelmi Kft.** (1082 Budapest, Futó utca 47-53.) ajánlattevő kihirdetését és a **nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötését 10 932 200 Ft** ajánlati árral és az ajánlat szerinti egyéb megajánlásokkal.

4. RÉSZ: Laborreagensok vizeletanalitikai vizsgálatokhoz tekintetében

1. az eljárás eredménytelenné nyilvánítását a **Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja** alapján, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be;
2. a **Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zrt.** (1047 Budapest, Attila utca 126.) ajánlattevő **ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja** alapján a jegyzőkönyvben részletezett indokok alapján.

5. RÉSZ: Laborreagensok manuális vizsgálatokhoz tekintetében

A Bíráló Bizottság az ajánlatok további bírálatát tartja szükségesnek, ezért az értékelési sorrendben második legkedvezőbb ajánlattevőt a kizáró okok, illetőleg alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására fogja felhívni és az 5. RÉSZ-ben külön tesz majd javaslatot az eljárást lezáró döntésre.

6. RÉSZ: Laborreagensok immunkémiai vizsgálatokhoz tekintetében

1. az eljárás eredményessé nyilvánítását;
2. a **Beckman Coulter Magyarország Kft.** (1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59.) ajánlattevő **ajánlatának érvényessé nyilvánítását**, mivel az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek;
3. a **PannonLog Invest Zrt.** (1192 Budapest, Kós Károly tér 8.) ajánlattevő **ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja** alapján a jegyzőkönyvben részletezett indokok alapján;
4. **nyertes ajánlattevőként a Beckman Coulter Magyarország Kft.** (1038 Budapest, Papírgyár utca 58-59.) ajánlattevő kihirdetését és a **nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötését 23 513 540 Ft** ajánlati árral és az ajánlat szerinti egyéb megajánlásokkal.

k.m.f.



Kozma Zoltán
bírálóbizottsági tag



Dr. Kőszegi György
bírálóbizottsági tag



Némethné Papp Katalin
bírálóbizottsági tag



Dr. Kardkovács Kolos
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

