

Bírálóbizottsági jegyzőkönyv

„OT eszközök és bútorok beszerzése”

EKR001154272024

tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról

2024. november 20. napján 15:00 órai kezdettel

Bírálóbizottság tagjai:

Dr. Kőszegi György - közbeszerzés tárgya szerinti szakértelen

Borbély Izabella - közbeszerzés tárgya szerinti szakértelen

Némethné Papp Katalin - pénzügyi szakértelen

Dr. Rudolf Róbert Márton - közbeszerzési és jogi szakértelen, FAKSZ

A bírálóbizottság elnöke megállapította, hogy a bírálatban valamennyi tag részt vesz, a bizottság határozatképes.

A jegyzőkönyvet az elnök és valamennyi tag írja alá.

A bírálóbizottság megállapította, hogy tárgyi eljárásban az ajánlatkérő 2024. november 14. napján a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti, igazolások benyújtására vonatkozó felhívást bocsátott ki a 6. részben az **AVA-MED HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság** (9025 Győr Ikrényi Út 11.) ajánlattevő, mint adott részben az értékelési részszerpontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatot benyújtó ajánlattevő tekintetében.

A bírálóbizottság rögzíti, hogy az 5. részben fenti eljárási cselekményre nem volt szükség, mert a részben a **MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (2400 Dunaújváros Petőfi Sándor Utca 63.), mint az értékelési részszerpontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlatot benyújtó ajánlattevő az igazolásokat teljeskörűen már az ajánlatban benyújtotta, így tekintetében alkalmazható a Kbt. 69. § (4) bekezdésének utolsó mondata.

Ajánlatkérő az eljárási cselekmény határidejét 2024. november 19. 12:00 órában határozta meg.

A bírálóbizottság megállapítja, hogy a felkért ajánlattevőka szükséges dokumentumokat az előírt határidőre benyújtotta, azokat áttekintette és azokat megfelelőnek találta.

Mindezekre tekintettel a bírálóbizottság javasolja - valamennyi bírálóbizottsági tag egyező véleménye alapján –

az 5. részben a MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2400 Dunaújváros Petőfi Sándor Utca 63.),
a 6. részben az AVA-MED HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság (9025 Győr Ikrényi Út 11.) ajánlattevők ajánlatát érvényessé nyilvánítani.

A benyújtott ajánlatok vonatkozásában:

- ajánlattevők ajánlatukban szabályszerűen igazolták a kizáró okok fenn nem állását, továbbá ajánlatkérő meggyőződött arról, hogy ajánlattevők vonatkozásában az előírt kizáró okok nem állnak fenn;
- ajánlattevők az alkalmassági követelményeknek megfelelnek;

- ajánlattevők az ajánlatkérő által előírt egyéb dokumentumokat a megfelelően csatolták – azzal, hogy termékleírásnak ajánlatkérő elfogadta az ártáblázatban szereplő termékre vonatkozó részletes leírásokat;
- az ajánlatok az ajánlati felhívásban, egyéb közbeszerzési dokumentumokban és jogszabályokban előírt egyéb követelményeknek mindenben megfelelnek, az előírt egyéb dokumentumokat megfelelően csatolták ajánlattevők;
- ajánlattevőkkel szemben nem áll fenn összeférhetlenségi körülmény.

II.

A bírálóbizottság továbbá javasolja - *valamennyi bírálóbizottsági tag egyező véleménye alapján* - a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdés alkalmazása miatt az alábbi ajánlattevők ajánlatának figyelmen kívül hagyását:

6. rész:

Ajánlattevő neve: BerTimed Egészségügyi Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2146 Mogyoród Ág Utca 50.

Ajánlattevő neve: LIÁN '2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 9022 Győr Bisinger Sétány 30

Ajánlattevő neve: Medical&Press Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1085 Budapest József krt. 36. fszt. 5.

III.

A bírálóbizottság - *valamennyi bírálóbizottsági tag egyező véleménye alapján* - a fentiek alapján javasolja az eljárást eredményessé nyilvánítani, és nyertes ajánlattevőként megjelölni:

5. rész:

Ajánlattevő neve: MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2400 Dunaújváros Petőfi Sándor Utca 63.

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 97 200 000
2. A megajánlott gyermek kardiológiai ultrahang nagy gyermek phased-array vizsgálófej maximális látószöge (egész fokokban, min. 100 fok, max. 120 fok): 120
3. A megajánlott gyermek kardiológiai ultrahang gyermek phased-array vizsgálófej maximális látószöge (egész fokokban min. 100 fok, max. 120 fok): 120
4. A megajánlott radiológiai ultrahang TGC potenciométerek száma (min. 8, max. 10 db): 10
5. A megajánlott radiológiai ultrahang LGC (Lateral Gain Control) potenciométerekkel rendelkezik (igen/nem): Igen
6. A megajánlott sebészeti ultrahang rendelkezik trapezoid képalkotás color Doppler móddal és valós idejű térbeli compound képalkotással (igen/nem): Igen
7. A megajánlott szülészeti-nőgyógyászati ultrahang 2D Konvex vizsgálófej látószöge (min. 90 fok, max. 100 fok): 114

8. A megajánlott szülészeti-nőgyógyászati ultrahang 4D Konvex vizsgálófej látószöge (min. 70 fok, max. 80 fok): 90
9. A megajánlott szülészeti-nőgyógyászati ultrahang 4D mikrokonvex hüvelyi vizsgálófej látómező szélessége (min. 160 fok, max. 180 fok) : 189
10. Szül-nőgyógy UH: a páciens adatbázisban, a merevlemezen tárolt kép a képernyőre visszatöltésével 1 gombnyomásra az adott kép készítése során használt képparaméterek is automatikusan visszaállítódnak és 1 köv kép készítésekor azonnal használhatók (i/n): Igen
11. A megajánlott urológiai ultrahang TGC potenciométerek száma (min. 8, max. 10 db): 8
12. értékelési részszerzőpont: A megajánlott urológiai ultrahang LGC (Lateral Gain Control) potenciométerekkel rendelkezik (igen/nem): Igen

Indokolás: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételek mindenben megfelelt és az alkalmazott értékelési szempont - mint legjobb ár-érték arány – szerint nyertes ajánlatnak minősült. Ajánlattevő az ajánlati felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró okok hiányát megfelelően igazolta.

6. rész:

Ajánlattevő neve: AVA-MED HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság


Székhelye: 9025 Győr Ikrényi Út 11.

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft): 7 795 500
2. A megajánlott vizsgálóasztal tanúsított orvosi műbőrrel van kárpitozva (igen/nem): Igen
3. A megajánlott vizsgálóágy oldalrácsos, hidraulikusan állítható tanúsított orvosi műbőrrel van kárpitozva (igen/nem): Igen
4. A megajánlott vizsgálóágy oldalrácsos, hidraulikusan állítható Oldalráccsal ellátott (igen/nem): Igen


Indokolás: Az ajánlattevő benyújtott ajánlata a jogszabályokban, az ajánlati felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételek mindenben megfelelt és az alkalmazott értékelési szempont - mint legjobb ár-érték arány – szerint nyertes ajánlatnak minősült. Ajánlattevő az ajánlati felhívás megfelelő pontjaiban előírt kizáró okok hiányát megfelelően igazolta.

Egyéb észrevétel hiányában a jegyzőkönyv lezárva 16:00 órakor.

k. m. f.




Dr. Kőszegi György
bírálóbizottság elnöke



Borbély Izabella
bírálóbizottság tagja



Némethné Papp Katalin
bírálóbizottság tagja



Dr. Rudolf Róbert Márton
bírálóbizottság tagja

FAKSZ

Dr. Rudolf Róbert Márton
Felelős Akkreditált
Közbeszerzési Szaktanácsadó
Licenctszám: 01049

